

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
DÖNER SERMAYE İŞLETME  
TEKLİF İSTEME FORMU

17/03/2020

İlan No : 2020-03-1277  
İstem No : 53075  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ÖN FİLTRE, ANJİOGRAFİ CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins, miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir, birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması,
- 6-Ad, Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme, fatura, irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur. Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**



CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU

<b>Arızayı Bildiren Bölüm</b>	<b>Cihaz : ANJİYOGRAFI</b>		
<b>KORONER ANJİYOGRAFI</b>	<b>Marka : SIEMENS</b>		
	<b>Model : ARTIS Q CEILING</b>		
<b>Tarih: 12.03.2020</b>	<b>Seri No : 109213</b>		
	<b>Garantili</b>		<b>Bakım Sözleşmeli</b>
	Var [ ]	Yok [X]	Var [X]      Yok [ ]

**Açıklama;**

Cihaz çalışmamaktadır. Bakım anlaşması gereği cihaz gözetimimiz şeklinde ilgili firması tarafından arıza tespiti yapılmış olup ön filtre ( Prefilter ) parçasının yenisi ile değişimi gerekmektedir.

**Gerekli Yedek Parçalar:**

<b>Teknik Servis Personeli</b>	<b>Teknik Servis Sorumlusu</b>	<b>Onay</b>
 <b>Nurettin DİNÇER</b> Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Teknikler	 <b>Kayhan DİKMEN</b> Mersin Üniversitesi Hastanesi Teknisyen	 <b>Hasan BİLEN</b> Teknik Servis Sorumlusu

**Açıklama**