

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
DÖNER SERMAYE İŞLETME
TEKLİF İSTEME FORMU

25/03/2020

İlan No : 2020-03-1397
İstem No : 53176
Alım No :
Talep Eden Birim : Üroloji / Üroloji Polikliniği 1
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 27/03/2020 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %45 LİK	50	ML					
2	SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %90 LİK	50	ML					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %45 LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IUI ve IVF işlemlerinde spermelerin hazırlanması için yoğunluk artırıcı santrifüj tekniği ile çalışmalıdır.
2. Sperm ayırıştırma medyumu 50ml %45 yoğunluğa sahip, HSA ve antibiyotik içeren Sperm Yıkama Medyumu ile hazırlanmış medyumdan oluşmalıdır.
3. Bütün medyumlar protein kaynağı olarak Human Serum Albumin (HSA) içermelidir.
4. Bütün medyumlar olası enfeksiyonu önlemek için antibiyotik (Gentamicin) içermelidir.
5. Bütün medyumlar implantasyon oranlarını artıran KSOM medyum tabanlı olmalıdır.
6. Bütün medyumlar PH indikatörü olan Phenol Red içermelidir.
7. Endotoksin, Sterilite ve diğer güvenlik testleri yapılmış olmalıdır.
8. Bütün ürünler borosilikat medikal grade cam şişede, mühürlü teflon kaplı ve bakteri üretmeyen karton dış kutu ambalajında olmalıdır. Ayrıca ısı değişimlerine karşı medyumu koruyan ve şişe etrafında hava akımını sabit tutan karton bir iç ambalaja sahip olmalıdır.
9. Miadi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

2. SPERM AYRIŞTIRMA MEDYUMU, %90 LİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. IUI ve IVF işlemlerinde spermelerin hazırlanması için yoğunluk artırıcı santrifüj tekniği ile çalışmalıdır.
2. Sperm ayırıştırma medyumu 50ml %90 yoğunluğa sahip, HSA ve antibiyotik içeren Sperm Yıkama Medyumu ile hazırlanmış medyumdan oluşmalıdır.
3. Bütün medyumlar protein kaynağı olarak Human Serum Albumin (HSA) içermelidir.
4. Bütün medyumlar olası enfeksiyonu önlemek için antibiyotik (Gentamicin) içermelidir.
5. Bütün medyumlar implantasyon oranlarını artıran KSOM medyum tabanlı olmalıdır.
6. Bütün medyumlar PH indikatörü olan Phenol Red içermelidir.
7. Endotoksin, Sterilite ve diğer güvenlik testleri yapılmış olmalıdır.
8. Bütün ürünler borosilikat medikal grade cam şişede, mühürlü teflon kaplı ve bakteri üretmeyen karton dış kutu ambalajında olmalıdır. Ayrıca ısı değişimlerine karşı medyumu koruyan ve şişe etrafında hava akımını sabit tutan karton bir iç ambalaja sahip olmalıdır.
9. Miadi teslim tarihinden itibaren en az 6 ay olmalıdır.

Doç. Dr. Mehmet TEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji
Dip. Tes. No.: 107411

Prof. Dr. Erdem AKBAY
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Üroloji A.D.
Dip. Tes. No.: 107411