



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
FİYAT ARAŞTIRMASI (ÖZEL BÜTÇE ALIMI)

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.  
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin / hizmetin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı  
Prof Dr.Mesut TEK  
Öğretim Üyesi

KONU : HEMODİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN FRESENIUS MARKA 6 ADET DİYALİZ CİHAZININ 01.01.2025 VE 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI YIL İÇERİSİNDE 12 (ONİKİ) DEFA PARÇA HARIÇ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

TALEP NO: 11\_77855

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN / HİZMETİN / İŞİN ADI	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARIÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARIÇ
1	FRESENIUS MARKA 6 ADET DİYALİZ CİHAZININ 01.01.2025 VE 31.12.2025 TARİHLERİ ARASI YIL İÇERİSİNDE 12 (ONİKİ) DEFA PARÇA HARIÇ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI	PERİYODİK BAKIM ONARIM	12		

TESLİMAT SÜRESİ:

AD SOYAD / FİRMA KAŞE İMZA

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ( ÖZEL BÜTÇE )

<https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

İSTEKLİLERİN TEKLİFİ EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR.

!!!! ÖDEME SÜRESİ: FATURA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNDÜR..!!!!

KDV HARIÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 18/11/2024 10:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

## 1. AMAÇ

Hastane binasının hizmet verebilmesi için gereken cihazların çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılması.

## 2. KAPSAM

Bu Teknik Şartname, 01.01.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında 12 ( on iki ) ay süre ile Mersin Üniversitesi Hastanesi ne ait aşağıda belirtilen 6 (altı) adet FRESENIUS marka tıbbi cihazların bakım ve onarım işlerini kapsamaktadır.

- Diyaliz Cihazı ( Hemodiyaliz Ünitesi ) Fresenius Marka 6 Adet ( Parça Hariç )

## 3. TANIMLAR

**TEKNİK ŞARTNAME** : İşbu teknik şartname ve tüm ekleridir.

**KURUM** : Mersin Üniversitesi Hastanesi Müdürlüğü.

**FİRMA** : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

**YÜKLENİCİ** : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

**TEKNİK HİZMETLER** : Kurum binaları içerisinde yapılacak olan işletme, bakım, onarım işleri.

**GÜN** : Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.

**ARIZA** : Bütün tesisat sistemlerinin fonksiyonlarının bir veya birkaçını yerine getirememesi.

**ONARIM** : Oluşan arızaların yüklenici firmaya bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi.

**ONARIM SÜRESİ** : Arıza bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi için geçen süre.

## 4. GENEL ESASLAR

4.1 Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel servisler yapacaktır.

4.2 Bakım yıl içerisinde 12 ( on iki ) defa yapılacaktır.

4.3 Firma sözleşmenin imzalanmasından sonra irtibat numarası verecektir. İdare arızayı bu numaradan bildirecektir. Arıza bildirim saati olarak İdarenin kayıtları esas alınacaktır.

4.4 Arıza durumlarında; firma arızaya 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edecektir.

4.5 Parça gerektirmeyen arızalar müdahaleden sonra 24 (yirmidört) saat içinde giderilecektir. Parça gereken durumlarda ise idarenin parçayı temin etmesine müteakip 24 (yirmidört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.

4.6 Serviste hasta seanslarının aksamaması için gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatilinde de klinik teknisyeni veya kliniğin görevlendireceği yetkilinin nezaretinde bakım onarım ve arıza işleri yapılacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Nurattin DINCER  
Tıbbi Hizmetler Sorumlusu

Doç. Dr. Evren BEŞİRİMENCI  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Korunatör

- 4.7 Cihazların bakım programı üreticinin işletme prosedürleri doğrultusunda hazırlanarak sözleşme esnasında idare' ye verilecektir. İdare' den kaynaklanan gecikmeler hariç bakım programı zamanında uygulanacaktır.
- 4.8 Arıza ve bakımlarda yapılan işler İdareye verilecek olan servis formlarında belirtilecektir.
- 4.9 Firma tarafından cihazlara yılda bir kez Tıbbi Cihaz Direktifi (Medical Device Directive) kurallarına göre teknik güvenlik kontrolleri yapılacaktır. Bu kontroller sırasıyla ; görsel kontroller , genel kontroller , ultrafiltrasyon kontrolü , ekstrakorperyal bileşenlerin kontrolü ve elektriksel güvenlik kontrolleridir.Bu kontroller üreticinin önerdiği kurallara göre yapılacaktır.
- 4.10 Yüklenici firmanın marka fark etmez sızın 12426 TSE belgesi olacaktır.
- 4.11 Firma ÜTS de kayıtlı olup alanı diyaliz olacak.Firma ISO 9001-2015 medikal cihaz satış ve Teknik Servis Hizmeti kapsayacak.Firma Tıbbi cihaz satış yetki belgesi olacak
- 4.12 Firma İdare tarafından temin edilen parçayı cihaza monte ettikten sonra cihazın çalışması ile ilgili test prosedürlerini mutlaka uygulayacaktır.
- 4.13 Yüklenici firma arıza ve bakımlar için kullanacağı referans ölçüm cihazlarının listesini ve kalibrasyon sertifikalarının fotokopilerini idareye verecektir. Kalibrasyonu yapan kişinin genel metroloji sertifikası olacak.
- 4.14 Uluslararası kurumlar tarafından takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikleri takip edecek ve böyle bir uygulama ihtiyacı olduğunda sözleşme altında olan cihazlara uygulayacaktır.
- 4.15 Üretici firma tarafından cihazlarla ilgili cihazın fonksiyonlarını arttırıcı, yazılımsal ve donanımsal yeni ürünler olursa firma bunu fiyatı ile idareye bildirecek ve idare tarafından kabul edilen ürünü veya yazılımı cihaza takacak veya yükleyecektir.
- 4.16 Firma sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sözleşme altındaki cihazla ilgili yapmış olduğu arıza ve bakımları kayıt altında tutmalı ve istenirse idareye gösterebilmelidir.
- 4.17 Yüklenici firma bakımı yapılacak cihazlar ile ilgili , gerektiği durumlarda kullanıcı eğitimi verebilecek, kullanıcılara sertifika sağlayabilecektir.
- 4.18 Yüklenici firma arıza tamirinde ve periyodik bakımda yeterli dikkati ve itinaı göstermemesi, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde arızayı giderememesi gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan zararlar için şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir.

## 5. ÇALIŞACAK PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

- 5.1 Yüklenici çalıştıracığı personel ile vereceği hizmette genel anlamda Hastane idaresine karşı sorumludur.
- 5.2 Yüklenici, İşçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik mevzuatta tanımlanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.Oluşabilecek her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 5.3 Yüklenici, teknik hizmet çalışmaları esnasında elemanları tarafından İdare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

## 6. CEZALAR

- 6.1 Sözleşme kapsamında, hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının saptanması

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Nurettin DINCER  
Biyomedikal Sorumlusu

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kordinatör

durumunda, sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında cezai şart uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bu durum sözleşme süresince 5 kez olması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılacaktır.

**6.2** Yüklenici teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere uyarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır, teknik şartnamede yer alan hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında olacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 5 (beş) aykırılığa ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DINCER**  
Biyomedikal Sorumlusu

Doç. Dr. Evren Z. KARMENCI  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Koordinator