



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ  
FİYAT ARAŞTIRMASI (ÖZEL BÜTÇE ALIMI)

MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi İhale Yetkilisince, fiyat araştırması yapmak üzere görevlendirilmiş bulunmaktayız.  
4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 9.Maddesi gereğince aşağıda cinsi ve nev'i belirtilen malzemelerin / hizmetin K.D.V. Hariç bildirilmesi rica olunur.

Komisyon Başkanı  
Prof Dr.Mesut TEK  
Öğretim Üyesi

KONU : HEMODİYALİZ ÜNİTESİNE AİT YOĞUN BAKIM VE DİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN SAF SU ARITMA SİSTEMİNİN 01.01.2025 İLE 31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA YIL İÇERİSİNDE 12 (ONİKİ) DEFA PARÇA HARİÇ PERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI

TALEP NO: 14\_77856

Sıra No:	SATIN ALINACAK MALZEMENİN / HİZMETİN / İŞİN ADI	ÖLÇÜSÜ	MİKTARI	BİRİM FİYATI K.D.V. HARİÇ	TOPLAM FİYAT K.D.V. HARİÇ
1	SAF SU ARITMA SİSTEMİNİN 01.01.2025 İLE 31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA YIL İÇERİSİNDE 12 (ONİKİ) DEFA PARÇA HARİÇPERİYODİK BAKIM ONARIM HİZMET ALIMI	PERİYODİK BAKIM ONARIM	12		

TESLİMAT SÜRESİ:

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ( ÖZEL BÜTÇE )

<https://https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> İnternet adresinde yayınlanmıştır.

İSTEKLİLERİN TEKLİFİ EKTEKİ TEKNİK ŞARTNAMEYE UYGUN OLMALIDIR.

!!!! ÖDEME SÜRESİ: FATURA TESLİM TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜNDÜR.....!!!!

KDV HARİÇ SON TEKLİF VERME TARİH VE SAATİ: 19/11/2024 10:00

MEÜ SAĞLIK ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

ÇİFTLİKKÖY KAMPÜSÜ 34. CADDE MERSİN

TEL: 0 324 241 00 00 DAHİLİ: 22599

FAX: 0 324 241 00 55

ÖZEL BÜTÇE e-mail: hastane3333@gmail.com

AD SOYAD / FIRMA KAŞE İMZA

TEKLİF VEREN FİRMA BİLGİLERİ

Vergi Numarası	
T.C. Kimlik Numarası	
Firmanın Adı	
Adresi	
Telefon ve Faks Numarası	
E-Posta	

Not: Teklif veren firma bilgileri alanının doldurulması zorunludur.

DİYALİZ ÖN ARITMA VE STERİLİZASYON SİSTEMLERİ  
BAKIM VE ONARIM VE SU NUMUNE  
ALMA HİZMETİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddeai 1. Fıkrası gereği ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.
2. Yüklenici, sistemin var olan işlemlerinden birini veya bir kaçını sürekli veya aralıklı olarak yerine getirememesi, verilen komutları yerine getirememesi, hiç çalışmaması gibi hasta alımını aksatıcı veya önleyici sistem modüllerine has sorunlar ve durumların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.
3. Firma sistemde aylık değişecek olan filtre ve ölçüm esnasında kullandığı malzemelerden ücret talep etmeyecek ve bakım süresi boyunca ölçüm kiti bırakacaktır.
4. Ölçüm yapan personelin Genel Metroloji Eğitimi sertifikasına sahip olacak.
5. Bakım ve onarımlar sırasında kullanılacak olan tüm ölçüm ve test cihazlarına ait akredite bir kuruluştan alınmış kalibrasyon sertifikaları ibraz edilecektir.
6. Firma her 3 ayda bir Bakteriyojik 6 ayda bir Kimyasal ve Endotoksin analizi yapacaktır.
7. Bakım ve onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
8. Sözleşme sonunda, yıllık ( 12 ay ) bazda belirlenmiş bakımları ayda 1 defa şeklinde yapılacaktır.
9. Üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım update'leri (güncelleme) ve modifikasyonlar, üretici veya firma tarafından sisteme uygulanabilecektir.
10. Sistemde meydana gelebilecek arızalarda Yüklenici, arıza bildiriminden itibaren en geç 2(iki) saat içinde telefonla arızaya müdahale edecektir. Arıza telefonla giderilemediği takdirde en geç 24(YirmiDört) saat içinde teknik servis hizmeti yüklenici tarafından sisteme müdahale edilerek, yedek parça gereksinimi olmadığı takdirde müdahaleye takiben en geç 24 (Yirmidört) saat içinde arıza giderilmelidir.
11. Arıza halleri dışında sözleşme süresi boyunca belirtilen periyotlarla idare ve yüklenici arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde; standartları cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş rutin bakım ve kalite kontrol işlemleri yapılacaktır.
12. Sistemlere %95 oranında uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplamaları yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar down time olarak kabul edilecektir.
13. İdare, sözleşme süresi boyunca Sistemin yüklenici personeli dışında bir diğer firma veya şahısa bakım ve onarımını yaptırmayacaktır.
14. Firma 3 ayda bir defa dezenfeksiyon işlemini yapacaktır.
15. Firma 3 adet UV lambası , 4 adet ölçüm kiti ve her ay 6 adet filtre değişimi yapacaktır.
16. İlgili servislerde giden PEXA saf su boru hattında oluşabilecek tesisat arızaları ilgili firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

17. Firma ISO 9001:2015 belgesine sahip olacaktır.
18. Firma ÜTS de kayıtlı olup ilgili alanı diyaliz olacaktır.
19. Serviste hasta seanslarının aksamaması için gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatilinde de klinik teknisyeni veya kliniğin görevlendireceği yetkilinin nezaretinde bakım onarım ve arıza ıslahı yapılacaktır.

  
**Oktay AYDIN**  
Mersin Üniversitesi Hastane  
Makina Mühendisi

  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Mehmet DINCER**  
Biyomedikal Sorumlusu