

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/05/2024

İlan No : 2024-05-1633  
İstem No : 74784  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Acil Erişkin / Acil Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HASTA SABİTLEME KEMERİ SETİ, REUSABLE	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

Bünyamin GÜLTEKİN

HASTANE MÜDÜR YRD.

**2. KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR**

**ÇOK KULLANIMLIK HASTA SABİTLEME KEMERİ SETİ ( STANDART )  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

- 1) Kemerler hastanın emniyetle sabitlenmesini sağlayacak, kendisine ve çevresine zarar vermesini önleyecek nitelikte ve modelde, sağlam, esnemeyen, dayanıklı bir yapıda olmalıdır.
- 2) Standart set hastanın hareketlerini güvenle sınırlamak üzere; 2 adet el, 2 adet ayak, 1 adet döner bel olmak üzere toplam 5 parça kemerden oluşmalıdır.
- 3) Kemerlerin dış yüzey malzemesi hastada travma yapmayacak nitelikte yumuşak bir dokuya sahip kumaştan olmalıdır.
- 4) Hastaya uzun süre takılı kalabileceği ve temas edeceği için hastanın cildine zarar vermediğine dair iritasyon testi raporu olmalıdır.
- 5) Kemerlerin gereken modellerinin üzerinde birbirleri ile bağlantılı çalışmalarını sağlamak için birbirlerine bağlanabilecekleri yeterli sayıda bağlantı kayışı ve köprüleri olmalıdır.
- 6) Kemerlerin ana dokuları üzerine dikili bulunan bu bağlantı kayışları ve köprüleri dar dokuma mikrofiber polyester malzemeden olmalıdır.
- 7) Kemerlerin kilitlenebilmeleri için özel Manyetik Anahtar ile açılabilen Pimli Kilit sistemi olmalıdır.
- 8) Kilitlerin dış kısmı dayanıklı plastikten, metal pim kısmı ise paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır.
- 9) Özel manyetik anahtarın da dış kısmı dayanıklı plastikten imal edilmeli, üzerinde açma işlemini gerçekleştiren özel mekanizması olmalı ve kilit üzerine oturtulduğunda kilidi anında rahatlıkla açmalıdır.
- 10) Kemerle birlikte tüm set için toplam 11 adet pimli kilit ve 2 adet manyetik anahtardan oluşan bir kilit seti olmalıdır.
- 11) Kemerler set halinde özel çantası içinde olmalı çanta içinde anahtar ve kilitleri için özel cep bulunmalıdır.
- 12) Kemerler kan, sıvı ,atık vb. gibi maddeler bulaştığında 90 dereceye kadar sıcak suda yıkanabilir olmalıdır.
- 13) Gerektiğinde 134 derece otoklavda steril edilebilmeli ve deformasyona uğramamalıdır.
- 14) Kemer üreten firmanın ISO 13485 KYS Belgesi olmalı, ürün CE işareti taşımalı ve ÜTS'ye kayıtlı olmalıdır.

**NERMİN AÇAR**  
Yetişkin Acil Servis  
Sorumlu Hemşire

**Prof. Dr. Hüseyin NARCI**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Acil Tıp A.D., Acil Tıp Uzmanı  
Dip. Tes. No: 59770-81576