

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

30/07/2024

İlan No : 2024-05-1941
İstem No : 75229
Alım No :
Talep Edilen Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : ULTRASONİK YIKAMA CİHAZI ALIMI

FB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 20/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YIKAMA CİHAZI, ULTRASONİK	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

2 kez ilan

ULTRASONİK YIKAMA MAKİNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ultrasonik yıkama makinesi cerrahi alet temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Makinenin minimum 38.0 litre maksimum 40.0 litre hacmi olmalıdır.
3. Tank gövdesi paslanmaz çelikten mamul olmalıdır ve saç kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Cihazın paslanmaz çelik kapağı olmalı
4. Malzemelerin makine tabanına temas etmemesi için, yıkanacak malzemeyi en uygun ses alanında tutabilmesi için ve kullanıcının kimyasal solüsyonlarla temasını engellemek için hareketli orijinal çelik sepeti olmalıdır.
5. **Makinenin 1200 W Ultrasonik Jeneratör Gücü olmalıdır.**
6. **Makinenin 1200 W ısıtma gücü olmalıdır.**
7. **37 kHz ultrasonik frekansa (-2,5 / +5,5 kHz) sahip olmalıdır.**
8. Ultrasonik yıkama makinesinde cerrahi alet ve malzemelerin kirlilik durumuna göre kullanmak üzere birden fazla ultrasonik mod seçeneği olmalıdır.
9. Temizleme solüsyonlarının gazdan arındırılmasını sağlayan ve her yeni dolumdan sonra kullanılabilen de-gaz modu olmalıdır.
10. İnatçı kirlerin temizliğinde kullanmak üzere Pulse modu olmalıdır ve gerektiğinde diğer modlar ile dönüşümlü olarak çalıştırılabilmelidir.
11. En sık kullanılan en az üç program kaydedilebilmelidir.
12. Temizleme süresi en az 1 dakika ile 30 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
13. Sıcaklık 30°C-80°C arasında ve en fazla 5°C'lik adımlarla ayarlanabilmelidir.
14. **Sürekli çalışmayı önlemek için 8 saatlik çalışmama durumunda makinenin kendisini kapatma özelliği olmalıdır.**
15. **Güç kaynağında kesinti olması durumunda otomatik kapatma fonksiyonu olmalıdır.**
16. **Aşırı sıcaklıktan korumak için 90° banyo sıcaklığında otomatik güvenlik kapatması olmalıdır**
17. Temizleme süresinin sonunda sesli ve ya görsel sinyal olmalıdır.
18. Temizleme tankını boşaltmak için su tahliye düzeneği olmalıdır.
19. Satıcı firma, makinenin kullanımı ile ilgili kullanıcı eğitimi ve akabinde belgesini vermelidir ve makinenin kullanımı ile ilgili(eğitici-öğretici cd, kitap, kullanım klavuzu,broşür v.b.)teslim etmelidir.
20. Ultrasonik yıkayıcı makinenin montajı, krom yıkama ünitesinin bütünlüğünü ve işlevselliğini devam ettirecek şekilde ücretsiz olarak entegre edilmelidir.
21. Makine çalışır durumda teslim edilmelidir.Yapılacak olan kavitasyon testlerinden geçmelidir.
22. Montaj için idarenin temin etmesi gereken hususlar var ise teklifte belirtilmeli, belirtilmeyen hususlar satıcı firma tarafından ücretsiz olarak tamamlanmalıdır. Montaj süresi teklifte belirtilmelidir.
23. İlk çalıştırmadan itibaren en az 2 yıl garantisi olmalıdır.
24. Satıcı firma , teklif ettiği cihaz veya cihazlara ait referans aldığı standartlarda belirtilen ve garanti süresi boyunca yapılması gerekli periyodik koruyucu bakım ve periyodik kalibrasyon çizelgesini hazırlayarak tarafımıza teslim etmelidir. Cihaz veya cihazlarda periyodik koruyucu bakım veya periyodik kalibrasyon gerektirmeyen özel durumlar için konunun ayrıntılı olarak belirtileceği, üretici veya yetkili firma tarafından onaylanan yazılı belge vermelidir.
25. Cihazın fabrika çıkışlı kalibrasyon sertifikaları cihaz seri numarasına göre teslim edilecektir.
26. Makine en az 2 yıl garantili olacak ve bu garanti Satıcı firma tarafından verilmelidir. Garanti süresi kullanıcı eğitimleri verildikten ve cihaz aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra başlamalıdır. Yüklenici cihaza ait garanti belgelerini hastane idaresi adına düzenlemeli ve orijinal nüshalarını Biyomedikal Birimine teslim etmelidir.

Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Mehmet
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama
Ortopedi ve Travmatoloji
Tel. No: 93832 Dip. No:22...

ULTRASONİK YIKAMA MAKİNESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ultrasonik yıkama makinesi cerrahi alet temizliğinde kullanıma uygun olmalıdır.
2. Makinenin 28.0 (±2L) litre hacmi olmalıdır.
3. Tank gövdesi paslanmaz çelikten mamul olmalıdır ve saç kalınlığı en az 2 mm olmalıdır. Cihazın paslanmaz çelik kapağı olmalıdır.
4. Malzemelerin makine tabanına temas etmemesi için, yıkanacak malzemeyi en uygun ses alanında tutabilmesi için ve kullanıcının kimyasal solüsyonlarla temasını engellemek için hareketli orijinal çelik sepeti olmalıdır.
5. Makinenin 1200 W Ultrasonik Jeneratör Gücü olmalıdır.
6. Makinenin 1200 W ısıtma gücü olmalıdır.
7. 37 kHz ultrasonik frekansa (-2,5 / +5,5 kHz) sahip olmalıdır.
8. Ultrasonik yıkama makinesinde cerrahi alet ve malzemelerin kirlilik durumuna göre kullanmak üzere birden fazla ultrasonik mod seçeneği olmalıdır.
9. Temizleme solüsyonlarının gazdan arındırılmasını sağlayan ve her yeni dolumdan sonra kullanılabilen de-gaz modu olmalıdır.
10. İnatçı kirlerin temizliğinde kullanmak üzere Pulse modu olmalıdır ve gerektiğinde diğer modlar ile dönüşümlü olarak çalıştırılabilir.
11. En sık kullanılan en az üç program kaydedilebilmelidir.
12. Temizleme süresi en az 1 dakika ile 30 dakika arasında ayarlanabilmelidir.
13. Sıcaklık 30°C-80°C arasında ve en fazla 5°C'lik adımlarla ayarlanabilmelidir.
14. Sürekli çalışmayı önlemek için 8 saatlik çalışmama durumunda makinenin kendisini kapatma özelliği olmalıdır.
15. Güç kaynağında kesinti olması durumunda otomatik kapatma fonksiyonu olmalıdır.
16. Aşırı sıcaklıktan korumak için 90° banyo sıcaklığında otomatik güvenlik kapatması olmalıdır.
17. Temizleme süresinin sonunda sesli ve ya görsel sinyal olmalıdır.
18. Temizleme tankını boşaltmak için su tahliye düzeneği olmalıdır.
19. Satıcı firma, makinenin kullanımı ile ilgili kullanıcı eğitimi ve akabinde belgesini vermelidir ve makinenin kullanımı ile ilgili(eğitici-öğretici cd, kitap, kullanım klavuzu, broşür v.b.)teslim etmelidir.
20. Ultrasonik yıkayıcı makinenin montajı, krom yıkama ünitesinin bütünlüğünü ve işlevselliğini devam ettirecek şekilde ücretsiz olarak entegre edilmelidir.
21. Montaj için idarenin temin etmesi gereken hususlar var ise teklifte belirtilmeli, belirtilmeyen hususlar satıcı firma tarafından ücretsiz olarak tamamlanmalıdır. Montaj süresi teklifte belirtilmelidir.
22. Makine çalışır durumda teslim edilmelidir. Yapılacak olan kavitasyon testlerinden geçmelidir.
23. Makine, fabrika çıkışlı kalibrasyon sertifikaları cihaz seri numarasına göre teslim edilmelidir.
24. İlk çalıştırmadan itibaren en az 2 yıl garantisi olmalıdır.
25. Satıcı firma , teklif ettiği makineye ait referans aldığı standartlarda belirtilen ve garanti süresi boyunca yapılması gerekli periyodik koruyucu bakım ve periyodik kalibrasyon çizelgesini hazırlayarak tarafımıza teslim etmelidir. Cihaz veya cihazlarda periyodik koruyucu bakım veya periyodik kalibrasyon gerektirmeyen özel durumlar için konunun ayrıntılı olarak belirtileceği, üretici veya yetkili firma tarafından onaylanan yazılı belge vermelidir.
26. Makine en az 2 yıl servis garantili ve 10 yıl yedek parça karşılama garantili olmalıdır ve ileriye dönük 10 yıllık yedek parça fiyat listesi ihale dosyasında sunulmalıdır.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI

Prof. Dr. Mehmet Ç...
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji
Fis. No: 92332 Dip. No: 2117

Ayşe MERİÇ 1
Mersin Üniversitesi Hastane
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire



**ULTRASONİK YIKAMA MAKİNESİ
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

27. Garanti süresince oluşan arızalara firma en geç 24 saat içinde müdahale etmelidir ve makinenin arızası en geç 72 saat içinde giderilmiş olmalıdır. Yedek parça ithalatı gereken durumlarda bu süre en fazla 20 iş günü olmalıdır. Firma makineyi çalışır durumda teslim etmelidir. Müdahale süresi veya arıza giderme süresi belirtilen süreleri aştığında bu süreler garanti süresine eklenecektir. Firmalar bu maddeyi kabul ettiklerine dair taahhünameyi ihale dosyasında sunmalıdır.

28. Garanti süresi kullanıcı eğitimleri verildikten ve cihaz aktif olarak çalışmaya başladıktan sonra başlamalıdır. Yüklenici Makineye ait garanti belgelerini hastane idaresi adına düzenlemeli ve orijinal nüshalarını Biyomedikal birimine teslim etmelidir.

29. İdare ihalesi görülen cihaz için demostrasyon talep edebilecektir.

Bu demostrasyonda, cihazların teknik şartnameye uygunluğu ve ilgili test ve validasyon standartları çerçevesinde uygunluğu kontrol edilecek, standartlara uygun gerekli araç ve donanım isteklilerce hazır bulundurulacaktır. Teklif veren firmalar talep edilen demostrasyonu nasıl sağlayacaklarını açıklayan bir belgeyi teklif dosyasında sunmalıdır.

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ

Prof. Dr. Mehmet ÇOLAK
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi
Ortopedi ve Travmatoloji
Tels. No: 93832 Dış. No:2114


Ayşer MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire
