

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/09/2024

İlan No : 2024-09-3172  
İstem No : 76267  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göğüs Cerrahi / Göğüs Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 17:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	CERRAHİ İĞNE, YUVARLAK, İĞNE ŞEKLİ, 1/2, Ga814, NO:2	60	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

**2. KEZ İLANA ÇIKILMIŞTIR**

## CERRAHİ İĞNE TEKNİK ÖZELLİK

- Cerrahi iğneler paslanmaz çelikten imal edilmiş ve korozyona dayanıklı olmalıdır.
- Cerrahi iğneler fasya, kas,bağ, vb. dokularda güvenle kullanılabilmelidir.
- Cerrahi iğneler sütür hattı boyunca sıkıca kapanmalı, sızıntı olmamalıdır.
- Cerrahi iğneler UTS sisteminde kayıtlı olmalıdır.
- Cerrahi iğnelere cerrahi sütürler kolaylıkla takılabilmeli ve kopmamalıdır.
- Cerrahi iğnelerin yüzeyi pürüzsüz olmalı, üzerinde çapak vb. yapılar bulunmamalıdır.
- Cerrahi iğneler dokulardan rahatlıkla geçmeli ve olabildiğince az doku hasarı oluşturmamalıdır.
- Cerrahi iğneler doku geçişi sırasında yapısını korumalı ve kırılmamalıdır.
- Cerrahi iğnelerin gövdesi yuvarlak olmalı ve iğne uzunluğu 40 mm (+ 2mm) olmamalıdır.

Prof. Dr. Erhan YANIK  
Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi  
Göğüs Cerrahisi A.B.D.  
Dip. Tes. No: 77351

Prof. Dr. Mehmet Öğüz KÖKSEL  
MEÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı  
Dip. Tes. No: 42528