

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/09/2024

İlan No : 2024-09-3312
İstem No : 76900
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Nöroloji / Çocuk Nöroloji Polikliniği
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tes. Süresi (Gün)
1	ELEKTROD, EEG CİHAZI İÇİN	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Serdar ÇUKUR
Hastane Müdürü

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

3.kez piyasaya atılmıştır.
(Sortname değişmiştir)

EEG ELEKTRODU TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Elektrodların her biri en az 100 cm ve en fazla 200 cm uzunluğunda olmalıdır.
- 2-Elektrodlar 1 mm dişi uçlu olmalıdır.
- 3-Elektrod çapı en az 5 mm olmalıdır.
- 4-Elektrodlar oksitlenmeye karşı dayanıklı olmalıdır.
- 5-Elektrodlar eeg cihazında ki tablaya tam oturmalıdır.
- 6-Elektrodlar kurumumuzdaki NİHON KOHDEN marka cihazla %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.

Doç. Dr. Mustafa Kemür
Mersin Üniv. Tıp Fakültesi
Çocuk Nöroloji B.D.
Dip. no: 2003 Dip. No: 01-0545

Prof. Dr. Çetin Çiğdem
MEU Sağlık Bilimleri
ve Uygulama Merkezi
Çocuk Sağlığı Hast. Uzmanı
Dip. no: 2003 Dip. No: 01-0545