

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/10/2024

İlan No : 2024-10-3834  
İstem No : 77418  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol. 2  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 25/10/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BIÇAK, MVR, 45°, 20G, 0.6-2MM	400	Adet					
2	BIÇAK, OFTALMİK, 15°	50	Adet					
3	BIÇAK, OFTALMİK, AÇILI, 2.4MM	400	Adet					
4	BOYA, MEMBRAN, OFTALMİK, ENJEKTÖR	10	Adet					
5	KANÜL, SİMCOE, 23G, 0.6MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

**Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

**Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### 1. BIÇAK, MVR, 45° 20 G; 0.6-2 MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Disposable olmalı, bıçağın uç genişliği 0,90mm (20g ) olmalı, Açılı model olmalı. Full handle olmalıdır.
- 2) Steril orijinal paketi içinde olmalıdır. Bıçağın metal ve plastik aksamı kaliteli olmalıdır.
- 3) Bıçak Mikroskop altında parlamama özelliğine sahip olmalı. Fakoemülsifikasyon cerrahisinde para sentez yapmaya uygun olmalıdır.
- 4) Ürün raf ömrü en az 2 yıl olmalıdır.
- 5) Ürün bilgileri,son Bıçak sapı üzerinde markası ve ölçüsü yazılı olmalıdır. Kullanma tarihi, Orijinal paketinde baskılı olmalıdır. (Yapışkan etiket olmamalıdır)
- 6) Bıçağın ucunu koruyan sünger veya kızaklı korunaklı bir koruma sistemine sahip olmalıdır.
- 7) Bıçak Gama Sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır

### 2. BIÇAK, OFTALMİK, 15° TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 15 derece açı ile kesebilen düz full-handle bıçak çelikten üretilmiş olmalıdır.
2. Kesici ucu olmalıdır.
3. Mikroskop altında parlamamalıdır.
4. Yüksek sıcaklıklara dayanabilen sapı olmalıdır.

### 3.BIÇAK, OFTALMİK, AÇILI, 2.4MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Göz cerrahilerinde kullanılmak üzere çelikten imal edilmiş olmalıdır.
2. Mikroskop altında parlamamalıdır.
3. 2.4mm genişlikte kesi yapmaya uygun olmalı, ucu keskin ve yukarı doğru 45 derecelik açıya sahip olmalıdır.
4. Steril olmalıdır.


### 4.BOYA, MEMBRAN, OFTALMİK, ENJEKTÖR TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Buhar sterilizasyonu ile steril edilmiş olmalıdır.
2. Bir şırıngada en az 0,7 ml olmalıdır.
3. Yapısında tripan mavisi, blulife, yoğunlaştırıcı ajanlar, sodyum klorid, sodyum fosfat monobasik, sodyum fosfat bibasik içermelidir.
4. PH si 7.0-7.4 arasında olmalıdır.
5. Osmolalitesi 270-330 mOsm /kg olmalıdır.
6. Oftalmik cerrahi işlemleri gerçekleştirirken retinal membranı ve membran iç zarını (ILM ve ERM ) boyamada kullanılmalıdır.
7. Ürün marka model ve bilgileri ürün enjektörü üzerinde de yazılı olmalıdır.
8. Saklama Sıcaklığı 15-32 deuce arasında olmalıdır.
9. Son kullanma tarihi en az 24 ay olmalıdır.

### 5.KANÜL, SİMCOE, 23G, 0.6MM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 0.60mm/0.60mm(23/23G) olmalıdır.
2. Aspirasyon portu 30 mm olmalıdır.
3. Ürünün ebadı 19 cm boyunda ve 6cm eninde olmalı bu boyutlar silikon hortumun kıvrılarak kırılmasına engel olmalıdır.

  
Öğr. Üyesi ÖZER DURSUN  
Göğüs Hastaneleri  
Göğüs Hastaneleri

  
Prof. Dr. Ayça YILMAZ  
Göğüs Hastaneleri  
Göğüs Hastaneleri  
Diplomalı Hemşire