

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2024

İlan No : 2024-11-4175
İstem No : 77637
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DİSK, X FACTOR	1	Kutu					
2	DİSK, X+V FACTOR	1	Kutu					
3	DİSK, V FACTOR	1	Kutu					
4	ANTİBİYOTİK DİSKİ, BASİTRASİN	2	Kutu					
5	ANTİBİYOTİK DİSKİ, PİPERASİLİN-TAZOBAKTAM, 30+6MG	4	Kutu					
6	ANTİBİYOTİK DİSKİ, TEİCOPLANİN, 30MG	4	Kutu					
7	ANTİBİYOTİK DİSKİ, TETRASİKLİN, 30MG	4	Kutu					
8	ANTİBİYOTİK DİSKİ, TOBRAMYCİN, 10MG	4	Kutu					
9	ANTİBİYOTİK DİSKİ, TİGECYCLİNE, 15MG	4	Kutu					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,şilinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

TEKNİK ŞARTNAME

1. DİSK X FAKTÖR;

1. Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde diskin adı, içeriği, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

2. ANTİBİYOTİK DİSK X+V FAKTÖR;

1. Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde diskin adı, içeriği, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Diskler hemin (X) ve nicotinamide adenine dinucleotide – (NAD) içermelidir.
4. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
5. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

3. DİSK V FAKTÖR;

1. Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde diskin adı, içeriği, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Diskler nicotinamide adenine dinucleotide – (NAD) içermelidir.
4. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
5. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

4. BASİTRASİN DİSKİ;

1. Steril olarak blister ambalajlarda birer kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri CLSI ve EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir. Disklerin herbiri 0,04 ünite madde içermelidir.
4. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 1 yıl olmalıdır.
5. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

5. ANTİBİYOTİK DİSKİ, PİPERACİLLİN+TAZOBACTAM, 30 MG+6MG;

- 1- Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici silika jel bulunmalıdır.
- 2- Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
- 3- Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
- 4- Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

Prof. Dr. Mustafa BAYRAKÇI
M.E.U. Sağlık Bilimleri
ve Uygulamalı Bilimler
Enstitüsü, T.C.
Üniversitesi

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Uzmanı

6. ANTİBİYOTİK DİSKİ, TEİCOPLANİN, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

7. ANTİBİYOTİK DİSKİ, TETRASİKLİN, 30 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

8. ANTİBİYOTİK DİSKİ, TOBRAMYCİN, 10 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

9 .ANTİBİYOTİK DİSKİ, TİGECYCLİNE, 15 MG;

1. Steril olarak her kutuda 5 kartuj, her kartujda 50 adet disk, ve nem tutmayı engelleyici slika jel bulunmalıdır.
2. Kutuların üzerinde antibiyotiğin adı, kısaltılmış simgesi, içerdiği antibiyotik miktarı, son kullanım tarihi ve lot numarası açıkça belirtilmelidir.
3. Antibiyogram diskleri EUCAST standartlarına uygun miktarda antibiyotik içermelidir.
4. Antibiyotik diskleri hastanemizde mevcut disk dispensarı ile uyumlu olmalıdır

Prof. Dr. Nuran DALIA IOĞLU
Mersin Şehir Hastanesi
ve Mersin Akademi Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dış. Tel. NO: 32411

Prof. Dr. Ali İbrahim ÖZTÜRK
Mersin Şehir Hastanesi
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dış. Tel. NO: 32411