

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

04/11/2024

İlan No : 2024-11-4044
İstem No : 77731
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

EB

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SPANÇ, RADYOOPAKSIZ, STERİL, 16 KAT, 7-8CMX7-8CM	100000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayi Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

SPANÇ, RADYOOPAKSIZ, STERİL, 16 KAT, 7-8CMX7-8CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Gaz kompres hidrofil gaz bezinden, **16 kat , 7cm -8cm X 7cm-8 cm** olarak katlanmış olmalıdır.
2. Ürünün üretildiği gaz bez % 100 pamuktan üretilmiş olmalıdır.
3. Gaz bezin atkı-çözgü tel sayısı 1 cm² de 20 (±1) tel ve metrekaresi en az 27 gr olmalıdır.
4. Numune ile birlikte ürünün bu özelliklerini belgeleyen örnek numunenin analiz sertifikası olmalıdır ve **belge numune ile birlikte sunulmalıdır**
5. Ürünün üretildiği gaz bez, beyaz, lekesiz, kokusuz olmalıdır.
6. Gaz kompres de kullanılan 16 kat gaz bez bir bütün olmalı, eklerden oluşmamalıdır.
7. Katlama şekli; cerrahi tip katlama şeklinde olmalıdır, kenarları en az 2 cm içeride olacak şekilde katlanmalı, yırtık ve kaçık olmamalı, kenarlarından hiçbir şekilde iplik sarkmamalıdır.
8. Ürünün sıvı emiş gücü yüksek olmalı, kan ve sıvıyı kolaylıkla çekebilmelidir.
9. Ürün steril paketlerde olmalıdır. Steril her paket üzerinde malzemenin adı, sterilizasyon yöntemi, lot numarası, barkod, son kullanım tarihi ve paket adet içeriği açıkça yazmalıdır.
10. Ürün **10'lu** paketler halinde sterilizasyon rulosu ile paketlenmelidir. Paket içerisindeki ürün ayrı ayrı olmalı, iç içe sarılmamalıdır.
11. Sterilizasyon rulosu; EN 868-5'e uygun, bir tarafı medikal kraft kağıt diğer tarafı da şeffaf filmde üretilmiş olmalıdır. Kolay açılabilme özelliğinin yanında yırtılma direnci göstermelidir.
12. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmde rahatlıkla görülebilmelidir.
13. Sterilizasyon paketinin kenarında en az 2 cm açma payı ve üzerinde açma yönünü belirten işaret olmalıdır. Paket açılırken partikül bırakmamalıdır.
14. Paketin üzerinde sterilizasyon işlemine maruz kaldığını gösteren, belirgin renk değişimi gerçekleşmiş olan ISO 11140- 1 standardına uygun sınıf 1 işlem indikatörü olmalıdır.
15. Paketlenmiş ürünler şeffaf filmde rahatlıkla görülebilmelidir.
16. Ürünlerin üretimi Tıbbi Cihaz direktifine uygun class 100.000 temiz oda koşullarında olmalı ve bu koşulları sağlayan **belgeler ibraz edilmelidir**.
17. Ürün UTS sistemine kayıtlı olmalıdır.
18. Malzeme üreticisinin ISO 13485 kalite yönetim sertifikası ve CE belgesi olmalıdır **belgeler ibraz edilmelidir**.
19. Teslim edilen ürünün lot numaralarına ait sterilite test raporu olmalıdır. **Belge ürün ile birlikte teslim edilmelidir**
20. Ürünler nem ve kirlilikten korunacak şekilde ambalajlanmalıdır.
21. Ürünler taşımaya uygun büyüklükte ve taşıma sırasında hasar görmeyecek şekilde paketlenmiş olmalıdır, zarar gören ürünler yüklenici firma tarafından bire-bir değiştirilecektir
22. En az 10 paket numune getirilmelidir.
23. İsteklinin ürün fiyat teklifi 1 adet üzerinden atılacaktır.


Dip. Tes. No.: 161905
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi ve Cerrahi Onkoloji
Dr. Öğr. Üyesi Sami BENLİ


Öğr. Gör. Dr. Cumhur ÖZCAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Genel Cerrahi A.D.
Dip. Tes. No.: 13490