

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2024

İlan No : 2024-11-4157
İstem No : 77741
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

61

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM KİTİ, DRAGER FABIUS GS ANESTEZİ İÇİN	4	Adet					
2	BAKIM KİTİ, DRAGER FABIUS PLUS ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	3	Adet					
3	BAKIM KİTİ, DRAGER PRİMUS ANESTEZİ İÇİN	14	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Primus Anestezi Cihazı Bakım seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Primus model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
6. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Murettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Fabius Gs Anestezi Cihazı Bakım seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Fabius Gs model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
6. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nuray DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Fabius Plus Anestezi Cihazı Bakım seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Fabius Plus model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
6. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
7. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mürettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker