

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

R.A

06/01/2025

İlan No : 2025-01-29
İstem No : 77743
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : 01.02.2025-31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA PARÇA HARİÇ PERİYODİK CİHAZ BAKIM VE ONARIMI

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK	2	Adet					

MEÜ hastanesi için 01.02.2025-31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA PARÇA HARİÇ PERİYODİK CİHAZ BAKIM VE ONARIMI satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur...../..... tarih ve saat kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

1. AMAÇ

Hastane binasının hizmet verebilmesi için gereken cihazların çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılması.

2. KAPSAM

Bu Teknik Şartname, 01.02.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında 11 (on bir) ay süre ile Mersin Üniversitesi Hastanesi ne ait aşağıda belirtilen 21 (yirmibir) adet Drager marka tıbbi cihazların bakım ve onarım işlerini kapsamaktadır.

- Anestezi Cihazı (Ameliyathane) Drager Marka Fabius Gs Model 4 Adet (Parça Hariç)
- Anestezi Cihazı (Ameliyathane) Drager Marka Fabius Plus 3 Adet (Parça Hariç)
- Anestezi Cihazı (Ameliyathane) Drager Marka Primus Model 14 Adet (Parça Hariç)

3. TANIMLAR

TEKNİK ŞARTNAME : İşbu teknik şartname ve tüm ekleridir.

KURUM : Mersin Üniversitesi Hastanesi Müdürlüğü.

FİRMA : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

YÜKLENİCİ : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

TEKNİK HİZMETLER : Kurum binaları içerisinde yapılacak olan işletme, bakım, onarım işleri.

GÜN : Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.

ARIZA : Bütün tesisat sistemlerinin fonksiyonlarının bir veya birkaçını yerine getirememesi.

ONARIM : Oluşan arızaların yüklenici firmaya bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi.

ONARIM SÜRESİ : Arıza bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi için geçen süre.

4. GENEL ESASLAR

4.1 Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi yapacaktır.

4.2 Firma ilgili cihazın bakımını; cihazlarla veya cihazın ait olduğu ürün grubu ile ilgili ve cihazların gaz ölçüm modülleri, monitörler ile ilgili bağlantısı gibi detay konularda da teknik servis eğitimi almış ve üretici tarafından yada üretici firmanın yetkilendirdiği kurum tarafından sertifikalı personele yaptırmalıdır. Firma bakımı yapan kişinin güncel sertifikasını idareye sunmak zorundadır (son 3 yıl). Sözleşmenin sağlıklı yürütülmesi, Cihaza ve servise ulaşılabilirlik vb açıdan, Firma bu sertifikaya sahip en az 5 servis personeli bulundurmaktadır.

- 4.3 Firma ilgili cihazın bakımını yaparken kullandığı test cihazlarının kalibrasyonunu takip etmek zorundadır ve kalibrasyon belgelerini idarenin istediğinde göstermek zorundadır.
- 4.4 Firmanın yapmış olduğu bakım akredite kuruluşlar tarafından kabul görmelidir.
- 4.5 Firmanın bakımı yapılacak cihazlar için TS12426 Hizmet Yeterlilik Belgesi değildir.
- 4.6 Bakım yıl içerisinde 2 (iki) defa yapılacaktır.
- 4.7 Firma sözleşmenin imzalanmasından sonra irtibat numarası ve mail adresi verecektir. İdare arızayı bu numaradan ve mail adresinden bildirecektir. Arıza bildirim saati olarak İdarenin kayıtları esas alınacaktır.
- 4.8 Arıza durumlarında; firma arızaya 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edecektir.
- 4.9 Parça gerektirmeyen arızalar müdahaleden sonra 24 (yirmidört) saat içinde giderilecektir. Parça gereken durumlarda ise idarenin parçayı temin etmesine müteakip 24 (yirmidört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.
- 4.10 Cihazların bakım programı üreticinin işletme prosedürleri doğrultusunda hazırlanarak sözleşme esnasında idare' ye verilecektir. İdare' den kaynaklanan gecikmeler hariç bakım programı zamanında uygulanacaktır.
- 4.11 Arıza ve bakımlarda yapılan işler İdareye verilecek olan servis formlarında belirtilecektir.
- 4.12 Firma İdare tarafından temin edilen parçayı cihaza monte ettikten sonra cihazın çalışması ile ilgili test prosedürlerini mutlaka uygulayacaktır.
- 4.13 Uluslararası kurumlar tarafından takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikleri takip edecek ve böyle bir uygulama ihtiyacı olduğunda sözleşme altında olan cihazlara uygulayacaktır.
- 4.14 Üretici firma tarafından cihazlarla ilgili cihazın fonksiyonlarını arttırıcı, yazılımsal ve donanımsal yeni ürünler olursa firma bunu fiyatı ile idareye bildirecek ve idare tarafından kabul edilen ürünü veya yazılımı cihaza takacak veya yükleyecektir.
- 4.15 Firma sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sözleşme altındaki cihazla ilgili yapmış olduğu arıza ve bakımları kayıt altında tutmalı ve istenirse idareye gösterebilmelidir.
- 4.16 Yüklenici firma bakımı yapılacak cihazlar ile ilgili , gerektiği durumlarda kullanıcı eğitimi verebilecek, kullanıcılara sertifika sağlayabilecektir.
- 4.17 Yüklenici firma arıza tamirinde ve periyodik bakımda yeterli dikkati ve itinayı göstermemesi, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde arızayı giderememesi gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan zararlar için şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir.

5. ÇALIŞACAK PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

- 5.1 Yüklenici çalıştıracığı personel ile vereceği hizmette genel anlamda Hastane idaresine karşı sorumludur.
- 5.2 Yüklenici, İşçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik mevzuatta tanımlanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.Oluşabilecek her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 5.3 Yüklenici, teknik hizmet çalışmaları esnasında elemanları tarafından İdare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Mersin DİNÇER
Medikal Sorumlusu

Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör

6. CEZALAR

6.1 Sözleşme kapsamında, hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının saptanması durumunda, sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında cezai şart uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bu durum sözleşme süresince 5 kez olması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılacaktır.

6.2 Yüklenici teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere uyarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır, teknik şartnamede yer alan hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında olacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 5 (beş) aykırılığa ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Klinik Sorumlusu

Doç. Dr. Eyyup DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör