

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2024

İlan No : 2024-11-4066  
İstem No : 77747  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Diş Hastalıkları(Genel) / Diş Hastalıkları(Genel)  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YIKAMA BAKIM KİTİ, DIŞ HASTANESİ STERİLİZASYON CİHAZI İÇİN	2	Adet					
2	YIKAMA KABİN REZİSTANSI, DIŞ HASTANESİ STERİLİZASYON CİHAZI İÇİN	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzelme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## YIKAMA CİHAZI BAKIM KİTİ TEKNİK ŞARTNAME

1 adet hepa filtre, 1 adet kaba filtre, 2 adet flowmetre, 2 adet kapak contası, 24 adet yıkama kolların teflon contası, dozaj pompası tamir takım kiti ile cihazda bulunan nötrali ve alkalinin geçtiği bütün hortumların değişimden oluşmaktadır. Hepa filtre; Eryiğit marka yıkama cihazına uygun olmalıdır. Class (ENI822), H14 olmalıdır. Flow-Akış ölçüsü en az saatte 70 metre küp olmalıdır. %99,995 temizleme oranına sahip olmalıdır. Kaba filtre hepa filtre ile uyumlu çalışmalı ve uyum için aynı marka olmalıdır. Flowmetre; Alkali ve nötrali debisini verilen komuta uygun sayarak aktarmalıdır, İçerisi sıvı geçişine mani olacak yapıda olmamalıdır, Doğrusal - doğrusal olmayan sıvıların hacimsel akış hızını ölçmek için tasarlanmış olmalıdır. Flowmetrelerin haberleşme kablosu parça başı 1 adet şeklinde verilmelidir. Kabloların soket girişleri çakılmış olmalıdır. Kapak contası; Beyaz renkli olmalıdır. 90 °C sıcaklığa dayanabilir özellikte olmalıdır. Silikon esaslı malzemeden üretilmiş olmalıdır. Sünger tipi conta olmalıdır. 3 Bar basınca dayanıklı olmalıdır. Yıkama kollarına takılan contalar teflon olmalı ve yüksek ısı ile sürtünmeye dayanıklı olmalıdır. Sistemde var olan nötrali ve alkalinin geçtiği hortumlar, kimyasala dayanıklı olmalı ve cihaz sıcaklığına dayanıklı olmalıdır. Dozaj pompası tamir takım kiti kimyasala dayanıklı olmalı ve orijinal ürün olmalıdır.

Prof. Dr. Fethi ATELLİ  
Dekan

Büşra ÇIRPAN  
Diş Hekimliği Fakültesi  
Sağlık Teknikeri

## YIKAMA REZİSTANSI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 230 V, 10 KW kapasiteli olmalıdır.
2. CR-NI borulu özelliğinde olmalıdır.
3. Üçgen flanşlı bağlantı olmalıdır.
4. Eryiğit Marka model Yıkama Cihazı ile uyumlu olmalıdır.

  
Prof. Dr. Fehi ATIL  
Dekan

  
Buşra CIRPAN  
Diş Hekimliği Fakültesi  
Sağlık Teknikeri