

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/11/2024

İlan No : 2024-11-4056  
İstem No : 77799  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kardiyoloji / Kardiyoloji Koroner Anjiyografi  
Konu : SARF MALZEME ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KALP PİLİ ELEKTRODU, GEÇİCİ, 6FR	30	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

	<b>KALP PİLİ ELEKTRODU, GEÇİCİ, 6FR TEKNİK ŞARTNAMESİ</b>	<b>MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ</b>
--	---	--

1. Elektrod 6F kalınlıkta ve en fazla 125cm uzunluğunda ve kullanılabilir uzunluk 110cm olmalıdır.
2. Elektrod gövdesi üzerinde 10cm aralıklarla derinlik işaretleri olmalıdır.
3. Elektrod esnek atravmatik, yumuşak bir materyalden (poliüretan) ve radyoopak olmalıdır.
4. Kateter ucu kıvrık olmalıdır.
5. Elektrodun surface alanı 19mm<sup>2</sup> den az olmalıdır.
6. İletken trombusa dirençli poliüretan ile yalıtılmış olmalıdır.
7. Kateter elektrodları'nın katot ve anot uçları arasında 10mm mesafe olmalıdır. Elektrod paslanmaz çelikten ve 3mm uzunluğunda olmalıdır.
8. Sterilizasyon tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.
9. Steril ve orijinal ambalajında teslim edilmelidir.
10. Teslim edilen her bir malzeme teslim tarihi itibariyle en az 2 yıl miadlı olmalıdır.

İMZA	İMZA	İMZA
<b>Sibel ÇALIŞKAR</b> KORUMU VE YOĞRafi Sorumlu Hekime	<b>Öğr. Gör. Dr. Enkan YESİL</b> Mersin Üniversitesi Hastanesi Kardiyoloji Dip. Tec. No.: 155730	<b>Prof. Dr. İ. Türkay ÖZCAN</b> Mersin Üniv. Tıp Fakültesi KARDİYOLOJİ A.D. BAŞKANI Dip. No.: 2500