

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/11/2024

İlan No : 2024-11-4132  
İstem No : 77810  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Tıbbi Onkoloji / Tıbbi Onkoloji Ayaktan Kemoterapi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 11/11/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	İNfüZYON SETİ, FİLTRELİ, İŞİĞA DUYARLI, TEKLİ, KEMOTERAPİK UYGULAMALAR İÇİN	500	Adet					
2	ELDİVEN, KEMOTERAPİ, X-LARGE	1000	Adet					
3	ELDİVEN, KEMOTERAPİ, MEDIUM	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1.İNFÜZYON SETİ, FİLTRELİ, IŞIĞA DUYARLI, TEKLİ, KEMOTERAPİK UYGULAMALAR İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Uygulama esnasında Işıktan koruma gereken ilaçlar için, Işıktan korumalı set olmalıdır.
2. Anzatax, Taxol, Taxel, Taxotere gibi Paklitaxel etkin maddesine sahip, ilaçlar için 0.22 mikron filtreli setler kullanılmalıdır.
3. Polyürethan veya Dehp Free Pvc Tubing set çeşitleri bulunmalıdır.
4. Serbest akışı engelleyen entegre valf seçenekleri olmalıdır.
5. Entegre güvenlik bileşenleri ile uygulamanın başlangıcından sonlanıncaya kadar, hazırlık aşaması dahil kapalı sistem oluşturur. Damla haznesinde bulunan ve gözenek boyutu 15 µm ve altı olan, bir partikül filtresi, partiküllerin infüze edilmesini önlemelidir.
6. Spike'ın içindeki bulunan bakteri filtresi infüzyon çözeltisinin bulunduğu kabı kontaminasyon riski olmaksızın havalandırılmasını sağlamalıdır.
7. Kapalı sistem hava embolizmi ve kimyasal kontaminasyon risklerini en aza indirmelidir.
8. Birden fazla sıvı infüzyonu bir kerede daha hızlı ve daha hijyenik olarak hazırlanabilmelidir.
9. Hastaya bağlanana kadar kapalı sistemi olmalıdır.
10. Kullanıcılar ilaçlarla kontamine olmamalıdır.

## 2.ELDİVEN, KEMOTERAPİ, X-LARGE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldivenlerin iç yüzeyleri kemoterapik ajanları tutmada kolaylık sağlamak amaçlı pürüzlü olmalı, kaygan olmamalıdır.
2. Pudrasız non steril olmalıdır.
3. Yırtılmaya, delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Eldiven en az 3-4 mm kalınlığında olmalı, eldiven bilek uzunluğu en az 5 cm olmalıdır.
4. Eldivenin kemoterapi için kullanılabileceği kutusunda belirtilmelidir.
5. El ve parmak bölgeleri çalışma hassasiyetini engellememelidir.
6. Ambalaj nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalıdır.
7. Sağ – sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
8. Ürün ambalaj miktarı 50 adet olmalıdır.

## 3.ELDİVEN, KEMOTERAPİ, MEDIUM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Eldivenlerin iç yüzeyleri kemoterapik ajanları tutmada kolaylık sağlamak amaçlı pürüzlü olmalı, kaygan olmamalıdır.
2. Pudrasız non steril olmalıdır.
3. Yırtılmaya, delinmeye karşı dayanıklı olmalıdır. Eldiven en az 3-4 mm kalınlığında olmalı, eldiven bilek uzunluğu en az 5 cm olmalıdır.
4. Eldivenin kemoterapi için kullanılabileceği kutusunda belirtilmelidir.
5. El ve parmak bölgeleri çalışma hassasiyetini engellememelidir.
6. Ambalaj nemden etkilenmeyecek dayanıklı bir kartondan yapılmış olmalı ve kolayca görülüp açılabilen açılış yerine sahip olmalıdır.
7. Sağ – sol eşit sayıda eldiven bulunmalıdır.
8. Ürün ambalaj miktarı 50 adet olmalıdır.

Hemş. Emine ÇETİNTAŞ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kemoterapi Ünitesi  
Sorumlu Hemşiresi

Dr. Öğr. Üyesi Dr. Öğr. Üyesi  
Kemoterapi Ünitesi  
Sorumlu Hemşiresi  
Emine ÇETİNTAŞ