

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2024

İlan No : 2024-11-4147
İstem No : 77812
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

| S.No | Malzeme Açıklaması | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---------------------------------|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1 | KABLO, ARA BAĞLANTI, KOTER İÇİN | 30 | Adet | | | | | |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

30 Aralık
Ameliyathane

DİSPONİBLE (TEK KULLANIMLIK) PLAK ARA KABLOSU TEKNİK ŞARTNEMİSİ

- 1-Kablo COVİDİEN marka koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2--Kablo yapısı kopma ve kırılmaya karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablonun cihaza giren soket kısmı ucu tak çıkar özellikte olmalıdır.
- 4-Kablonun plak takılan kısmı mandallı tutma özellikte olmalıdır.
- 5-Kablo CE(Güvenlik) kurallarına uygun olmalıdır.
- 6-Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DINCER
Biyomedikal Sorumlusu