

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2024

İlan No : 2024-11-4163
İstem No : 77844
Alım No :
Talep Eden Birim : Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi / Ağız, Diş ve Çene Radyolojisi
Konu : SARF MALZEME ALIMI

61

Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BİTEWİNG RÖNTGEN FİLMİ ISIRMA KAĞIDI, DENTAL KULLANIM İÇİN	20000	Adet					
2	FOSFOR PLAK	20	Paket					
3	FOSFOR PLAK KILIFI, NO:2	20000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

BİTEWİNG ISIRMA KAĞIDI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tek kullanımlık ve yapısı kalın olmalıdır.
2. Yapışkanlı kısım fosfor plak poşetine tutunabilmelidir.
3. Yapışkanlı kısım fosfor plağa zarar vermemelidir.
4. Raf ömrü uzun olmalıdır.

FOSFOR PLAK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Fosfor plaklar hastanemizde kullanılan Planmeca Marka PROSCANNER 2.0 model tarama cihazında kullanmak üzere orijinal olmalıdır.
2. Plaklar orijinal cihaz ile aynı marka kutular içerisinde olmalıdır.
3. Plak No:2 41 x 31 mm. ebatında 4 adetlik paketlerde olmalıdır.
4. Plaklar üzerinde cihaz markası yazılı olup orijinal olmalıdır.
5. Fosfor plaklar ince, esnek ve kablosuz olmalıdır.
6. Fosfor plaklar tekrar tekrar kullanılabilir.
7. Satıcı firma TSE "hizmet yeterlilik belgesi" veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığı "Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi"ne sahip olmalıdır.

FOSFOR PLAK KILIFI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Üç yanda bulunan dikişleri kullanım sırasında açılmayacak kalitede olmalıdır.
2. Ürün tek kullanımlık olmalı ve fosfor plakların duyarlı kısmını ortam ışığından korumak, kan ve tükürük temasını önlemek için tasarlanmış olmalıdır.
3. Kılıfın her iki yüzünde de yapışkan alan bulunmalıdır ve yapıştırılarak sıvı geçirmez bir şekilde kapatılabilmelidir.
4. Kılıfların üst kısımları hasta konforu için yuvarlatılmış köşeli, yumuşak kenarlı, vinil polimerden yapılmış anti bakteriyel özellikte bariyer zarflar olmalıdır.
5. Koruyucu zarflar, fosfor plak ölçülerine göre temin edilebilmelidir. Koruyucu zarflar tüm farklı markalı fosfor plaklar ile uyumlu ve kullanımını uygun olmalıdır.
6. En az (31-41 mm) size 2 boyutta olmalıdır.
7. Çekim sonrası yapışkan kısımları yanlarından kolayca kopabilmesi için her iki tarafta da çentik atılmış olmalıdır.
8. Plastik malzeme yumuşak ve bayatlamayan özellikte olmalıdır.
9. Kılıfın ön yüzü içerisindeki fosfor plağı görebilecek şekilde şeffaf özellikte olmalıdır.

Doç. Dr. Nazan KOÇAK TOPBAŞ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Ağız ve Çene Radyolojisi A.D.
Dip. Tes. No.: 31378

MEÜ Diş Hekimliği Fakültesi
Restoratif Diş Tedavisi A.D.
Doç. Dr. Ayşe TUĞRULERTURK AVUNDUK
Dip. Tes. No: 32612