

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

06/01/2025

İlan No : 2025-01-26  
İstem No : 77847  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : 01.02.2025-31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA PARÇA HARIÇ PERİYODİK CİHAZ BAKIM VE ONARIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK	2	Adet					

MEÜ hastanesi için 01.02.2025-31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA PARÇA HARIÇ PERİYODİK CİHAZ BAKIM VE ONARIMI satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur...../..... tarih ve saat kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## 1. AMAÇ

Hastane binasının hizmet verebilmesi için gereken cihazların çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak çalıştırılması.

## 2. KAPSAM

Bu Teknik Şartname, 01.02.2025 ile 31.12.2025 tarihleri arasında 11 ( on bir ) ay süre ile Mersin Üniversitesi Hastanesi ne ait aşağıda belirtilen 4 (dört ) adet Nihon Kohden marka tıbbi cihazların bakım ve onarım işlerini kapsamaktadır.

- EMG Nihon Kohden Marka Meb 9400K Model 1 Adet ( Parça Hariç )
- EEG Nihon Kohden Marka Eeg 1200 Model 3 Adet ( Parça Hariç )

## 3. TANIMLAR

**TEKNİK ŞARTNAME** : İşbu teknik şartname ve tüm ekleridir.

**KURUM** : Mersin Üniversitesi Hastanesi Müdürlüğü.

**FİRMA** : Bu şartname esaslarına göre teklif verecek olan gerçek ve tüzel kişiler.

**YÜKLENİCİ** : Bu şartname esaslarına göre işi yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler.

**TEKNİK HİZMETLER** : Kurum binaları içerisinde yapılacak olan işletme, bakım, onarım işleri.

**GÜN** : Aksi belirtilmedikçe takvim günüdür.

**ARIZA** : Bütün tesisat sistemlerinin fonksiyonlarının bir veya birkaçını yerine getirememesi.

**ONARIM** : Oluşan arızaların yüklenici firmaya bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi.

**ONARIM SÜRESİ** : Arıza bildiriminden sonra yüklenici tarafından teknik şartname ve sözleşmede belirtilen hükümler çerçevesinde sistemin çalışır hale getirilmesi için geçen süre.

## 4. GENEL ESASLAR

- 4.1 Cihazlara müdahaleyi ancak Türkiye yetkili servisi veya Türkiye yetkili servisinin yetki verdiği yerel servisler yapacaktır.
- 4.2 Bakım yıl içerisinde 2 ( iki ) defa yapılacaktır.
- 4.3 Firma sözleşmenin imzalanmasından sonra irtibat numarası verecektir. İdare arızayı bu numaradan bildirecektir. Arıza bildirim saati olarak İdarenin kayıtları esas alınacaktır.
- 4.4 Arıza durumlarında; firma arızaya 24 (yirmidört) saat içinde müdahale edecektir.
- 4.5 Parça gerektirmeyen arızalar müdahaleden sonra 24 (yirmidört) saat içinde giderilecektir. Parça gereken durumlarda ise idarenin parçayı temin etmesine müteakip 24 (yirmidört) saat içerisinde cihaz çalışır hale getirilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Müdürlüğü  
M. İzzettin DİNC  
Tıbbi Sorumlusu

Doç. Dr. Eyren DEĞİRMENCI  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kordinatör

- 4.6 Cihazların bakım programı üreticinin işletme prosedürleri doğrultusunda hazırlanarak sözleşme esnasında idare' ye verilecektir. İdare' den kaynaklanan gecikmeler hariç bakım programı zamanında uygulanacaktır.
- 4.7 Arıza ve bakımlarda yapılan işler İdareye verilecek olan servis formlarında belirtilecektir.
- 4.8 Firma İdare tarafından temin edilen parçayı cihaza monte ettikten sonra cihazın çalışması ile ilgili test prosedürlerini mutlaka uygulayacaktır.
- 4.9 Uluslararası kurumlar tarafından takip edilen ve cihazlar üzerinde yapılması gereken zorunlu değişiklikleri takip edecek ve böyle bir uygulama ihtiyacı olduğunda sözleşme altında olan cihazlara uygulayacaktır.
- 4.10 Üretici firma tarafından cihazlarla ilgili cihazın fonksiyonlarını arttırıcı, yazılımsal ve donanımsal yeni ürünler olursa firma bunu fiyatı ile idareye bildirecek ve idare tarafından kabul edilen ürünü veya yazılımı cihaza takacak veya yükleyecektir.
- 4.11 Firma sözleşme yapıldığı tarihten itibaren sözleşme altındaki cihazla ilgili yapmış olduğu arıza ve bakımları kayıt altında tutmalı ve istenirse idareye gösterebilmelidir.
- 4.12 Yüklenici firma bakımı yapılacak cihazlar ile ilgili , gerektiği durumlarda kullanıcı eğitimi verebilecek, kullanıcılara sertifika sağlayabilecektir.
- 4.13 Yüklenici firma arıza tamirinde ve periyodik bakımda yeterli dikkati ve itinaı göstermemesi, teknik şartname ve sözleşmede belirtilen süre içerisinde arızayı giderememesi gibi nedenlerden dolayı kaynaklanan zararlar için şartnamede belirtilen tüm cezai yaptırımları kabul edecektir.

## 5. ÇALIŞACAK PERSONEL İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

- 5.1 Yüklenici çalıştıracığı personel ile vereceği hizmette genel anlamda Hastane idaresine karşı sorumludur.
- 5.2 Yüklenici, işçi sağlığı ve iş güvenliğini korumaya yönelik mevzuatta tanımlanan her türlü yükümlülüğü yerine getirmek zorundadır.Oluşabilecek her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.
- 5.3 Yüklenici, teknik hizmet çalışmaları esnasında elemanları tarafından İdare çalışanları, öğrenciler, hasta ve hasta yakınlarına vereceği her türlü zarardan adli ve idari makamlara karşı sorumludur.

## 6. CEZALAR

- 6.1 Sözleşme kapsamında, hizmetin ifa şeklinde yüklenicinin kusurundan doğan bir gecikme olduğu veya idare tarafından yapılan kontrollerde hizmetin usulüne uygun yapılmadığının saptanması durumunda, sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında cezai şart uygulanarak yüklenicinin hakedişinden kesilecektir. Bu durum sözleşme süresince 5 kez olması halinde, protesto çekmeye gerek kalmaksızın 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanununun 20 nci maddesinin (b) bendine göre işlem yapılacaktır.
- 6.2 Yüklenici teknik şartnamede belirtilen tüm maddelere uyarak taahhütlerini yerine getirmek zorundadır, teknik şartnamede yer alan hususlara her bir aykırılık için ayrı ayrı uygulanmak üzere kesilecek ceza miktarı sözleşme bedelinin 0,005 (bindebeş) oranında olacaktır. Ayrıca, bu aykırılıkların ardı ardına veya aralıklı olarak 5 (beş) aykırılığa ulaşması durumunda, yukarıda öngörülen ceza uygulanmakla birlikte 4735 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin (b) bendine göre protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilecektir.