

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/11/2024

İlan No : 2024-11-4149
İstem No : 77853
Alım No :
Talep Eden Birim : Kalp Damar Cerrahi / Kalp Damar Cerrahi Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, EMBOLEKTOMİ, 3FR	10	Adet					
2	KATETER, EMBOLEKTOMİ, 4FR	10	Adet					
3	KATETER, EMBOLEKTOMİ, 5FR	10	Adet					
4	KATETER, EMBOLEKTOMİ, 6FR	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KATETER, EMBOLEKTOMİ, KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kateter poliüretandan imal edilmiş damarda oluşan trombozları temizleyebilecek yapıda olmalıdır.
2. Vasküler endotele zarar vermeyecek yapıda olmalıdır.
3. Uçlarında çaplarıyla uyumlu dayanıklı balon olmalıdır.
4. Şişirildiği zaman balonun şekli bozulmamalıdır.
5. Paketin içerisinde balonu şişirmek için luerli enjektör bulunmalıdır.
6. Kateterin üzerinde bulunan bir valf yardımı ile balon basıncı sabit tutulabilmelidir. Kullanılan kateter floroskopi altında görülebilecek şekilde radyopak olmalıdır.
7. Uç kısmı yumuşak bükülebilir olmalı ama kırılmamalıdır.
8. Kateterin uzunluğu en az 80 cm olmalıdır.
9. Her ölçünün renk kodu olmalıdır.

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLGİ
Mersin Üniversitesi Hastane:
Kalp ve Damar Cerrahisi
Tic. Sic. No.: 110170

Prof. Dr. Mustafa ÖZEREN
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Kalp ve Damar Cerrahisi
Tic. Sic. No.: 110170