

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2024-12-4627
İstem No : 77856
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : PERİYODİK CİHAZ BAKIM ONARIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2025 13:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ, PERİYODİK	12	Adet					

MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ HEMODİYALİZ ÜNİTESİNE AİT YOĞUN BAKIM VE DİYALİZ ÜNİTESİNDE BULUNAN SAF SU ARITMA SİSTEMİNİN 01.01.2025 İLE 31.12.2025 TARİHLERİ ARASINDA YILDA 12 DEFA PARÇA HARIÇ BAKIM ONARIM satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur...../...../..... tarih ve saat kadar aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek profarma faturanın Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DİYALİZ ÖN ARITMA VE STERİLİZASYON SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici, 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanununun 17. Maddeai 1. Fıkrası gereği ve Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimleri alınmış olmalı ve belgelendirilmelidir.
2. Yüklenici, sistemin var olan işlemlerinden birini veya bir kaçını sürekli veya aralıklı olarak yerine getirememesi, verilen komutları yerine getirememesi, hiç çalışmaması gibi hasta alımını aksatıcı veya önleyici sistem modüllerine has sorunlar ve durumların ortadan kaldırılmasını sağlayacaktır.
3. Ölçüm yapan personelin Genel Metroloji Eğitimi sertifikasına sahip olacak.
4. Bakım ve onarımlar sırasında kullanılacak olan tüm ölçüm ve test cihazlarına ait akredite bir kuruluştan alınmış kalibrasyon sertifikaları ibraz edilecektir.
5. Bakım ve onarım sonucunda cihazda fonksiyon kaybı olmayacak veya onarım öncesinde var olan işlevler iptal edilmemiş olacaktır.
6. Sistemin periyodik bakımları ayda 1 defa sekinde yapılacaktır.
7. Üretici firmanın gönderdiği tüm yazılım update'leri (güncelleme) ve modifikasyonlar, üretici veya firma tarafından sisteme uygulanabilecektir.
8. Sistemde meydana gelebilecek arızalarda Yüklenici, arıza bildiriminden itibaren en geç 2(iki) saat içinde telefonla arızaya müdahale edecektir. Arıza telefonla giderilemediği takdirde en geç 24(Yirmi dört) saat içinde yüklenici tarafından sisteme müdahale edilerek. Yedek parça gereksinimi olmadığı takdirde müdahaleye takiben en geç 24 (Yirmi dört) saat içinde arıza giderilmelidir.
9. Arıza halleri dışında sözleşme süresi boyunca belirtilen periyotlarla idare ve yüklenici arasında karşılıklı mutabakatla belirlenecek tarihlerde; standartları cihazın üreticisi tarafından belirlenmiş rutin bakım ve kalite kontrol işlemleri yapılacaktır.
10. Sistemlere %95 oranında uptime garantisi verilecektir. Uptime hesaplamaları yıllık bazda ve her cihaz için ayrı ayrı yapılacak ve sadece cihazı tamamen durdurmak suretiyle hasta alımını engelleyen durumlar down time olarak kabul edilecektir.
11. İdare, sözleşme süresi boyunca Sistemin yüklenici personeli dışında bir diğer firma veya şahıs bakım ve onarımını yaptırmayacaktır.
12. Yüklenici firma 3 ayda bir defa dezenfeksiyon işlemini yapacaktır.
13. Yüklenici firma yılda 3 adet UV lambası, 4 adet ölçüm kiti ve her ay 7 adet filtre değişimi yapacaktır. Değişecek filtreler kurum tarafından temin edilecektir. Diğer malzemeler yüklenici tarafından sağlanacaktır.
14. İlgili servislerde giden PEXA saf su boru hattında oluşabilecek tesisat arızaları yüklenici firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.
15. Firma ISO 9001:2015 belgesine sahip olacaktır.
16. Yüklenici firma TSE 12426 hizmet yeterlilik belgesi ubb kayıtlı su arıtma sistemlerine ait olmalıdır.
17. Firma ÜTS de kayıtlı olup ilgili alanı diyaliz olacaktır.
18. Serviste hasta seanslarının aksamaması için gerektiğinde mesai saatleri dışında ve hafta sonu tatilinde de klinik teknisyeni veya kliniğin görevlendireceği yetkilinin nezaretinde bakım onarım ve arıza ıslahı yapılacaktır.



Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör