

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

13/11/2024

TEKLİF İSTEME FORMU

AE

İlan No : 2024-11-4164
İstem No : 77866
Alım No :
Talep Eden Birim : POLİKLİNİK DEPOLARI / Algoloji Poliklinik Stoğu
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 19/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ENJEKTÖR, KİLİTLİ, 5CC	1000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, ilaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-**Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ENJEKTÖR, KİLİTLİ, 5CC TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Enjektörler vücut sıvılarının aspirasyonunda veya vücuda verilecek sıvı ilaçların enjeksiyonunda kullanılmak için tasarlanmış olmalıdır.
2. Paket içinde veya iğne ucu harici olarak verilmek üzere 1 enjektör, 1 iğne ucu ve koruyucu kılıf olarak 3 parçadan oluşmalıdır.
3. Enjektör ve iğne ucu koruyucu kılıf içinde nontoksik PVC veya Polipropilen (PP) / Polietilen (PE)'den yapılmış olmalıdır.
4. Enjektörler 5ml olmalıdır.
5. Enjektör "luerli" kilit mekanizmasına sahip olmalıdır.
6. İğne ucu pürüzsüz ve enjeksiyona uygun olmalıdır.
7. Her çeşit iğne ucuna, katetere, stepkak vb. malzemelerle kullanıldığında ajutajı uyumlu, özellikle ajutajı perfizörlere uyumlu olmalı, uygulama sırasında kırılıp bükülmemeli, sızdırma olmamalı, iğne ucu paslanmaz çelikten olmalı, uygulama sırasında kolay kırılıp bükülmemelidir.
8. Enjektör üzerinde cc ve dizyem çizgileri belirgin olmalı, silik olmamalı ve ıslanmışta silinmemelidir.
9. Enjektör cc ve dizyem çizgileri 0' dan başlamalıdır.
10. Kullanım sırasında pistonun geriye çıkmasını engelleyici bir yapı sağlanmalıdır.
11. Ürünler orijinal ve tek kullanımlık paketlerde steril olmalıdır.

Dr. Öğt. Üyesi Mustafa AZİZÖLÜ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon
Din. Tes. No.: 99631

Prof. Dr. Sebnem RUMELİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Anesteziyoloji ve Reanimasyon A.D.
Algoloji B.D.
Din. Tes. No.: 51662