

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

18/11/2024

İlan No : 2024-11-4235
İstem No : 77868
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AE

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/11/2024 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SET, VENTİLATÖR, DISPOSABLE, ÇİFT ISITICILI, YETİŞKİN	250	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alınma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

ÇİFT ISITICILI TELLİ YETİŞKİN VENTİLATÖR SOLUNUM DEVRESİ

1. Hasta devresi nemlendirilmiş solunum gazlarının hastaya iletilmesi için özel olarak tasarlanmış olması gerekmektedir.
2. Set; bir adet ısıtıcı telli inspirium hattı ve bir adet ısıtıcı telli expirasyon hattı, humidifier hattı ve cihaz bağlantı konektörlerinden oluşmalıdır.
3. Isıtıcı tel gömme yapıda olup gaz iletiminde basınç düşmesine sebebiyet verecek yapıda olmamalıdır.
4. Yetişkin hastalarda kullanıma uygun, PVC, kanserojen ağır metaller (stabilizatörler, FTALAT), latex ve hayvansal doku içermemeli ve kokusuz olmalıdır.
5. Hortumlar konektörlere takılı vaziyette ve gerektiğinde sökülüp takılabilir olmalıdır. Devre uzunluğu 150 Cm olmalıdır.
6. Hortum konektörlerinin çapı 22M/15F-22F/15M standartlarında olmalı.
7. Ürün kink olmayacak yapıda olmalıdır.
8. Hortumlar laminar akış için iç yüzeyi düz olmalıdır (smoothbore).
9. İnspirium ve expirasyon hattındaki ısıtıcı tel homojen bir ısı dağılımı için spiral şeklinde olmalı ve ısı ölçümü iki yerden yapılabilecek şekilde, nemlendirici çıkışı ve hastaya yakın bir noktada olmalıdır.
10. Set içinde şamandıralı ve luer lock su iletim hattı humidifier chamber sistemi ile cihaz bağlantısı için 60 Cm uzunluğunda 22F- 22M konektör standartlarında ara hortum olmalıdır.
11. Ürünün T.C. Sağlık Bakanlığı ve SGK Ulusal Bilgi Bankasından onaylı bir barkod numarasının ürün etiketi üzerinde olması gerekmektedir.
12. Devrelerin teslim tarihinden itibaren en az 2 yıl kullanım süresi olmalı ve imalatçı kullanım süresi dolan kullanılmamış devreleri yenisi ile değiştirmeyi taahhüt etmelidir
15. İhale uhdesinde kalan firma her 20 adet devre için aşağıda özellikleri bulunan nemlendirici cihazı hastane bünyesine devreler bitene kadar temin etmelidir.
16. Nemlendirici Cihaz özellikleri:
 - a) Cihaz yenidoğan, pediatri ve yetişkin modlarında çalışabilmelidir.
 - b) Cihazda non-invaziv, invaziv ve HFO modu olmalıdır.
 - c) Cihazda nebulizatör özelliği olmalıdır. Bu işlevi mesh teknolojisi ile yerine getirebilmelidir.
 - d) Cihazın ekranı en az 3,5 inç ve dokunmatik olmalıdır.
 - e) Cihazın tüm kontroller dokunmatik yüksek çözünürlüklü renkli LCD ekran ve tuş ile kontrol edilebilir olmalıdır.
 - f) Dokunmatik ekranda herhangi bir fonksiyon kaybı oluşması durumunda membran yüzeyinde bulunan tuşlar ile kontrol edilebilir olmalıdır.
 - g) Herhangi bir tuşa basılmasına gerek duyulmadan ekran üzerinden hastaya verilen sıcaklık ve ayarlanan sıcaklık değerleri gözlemlenebilir olmalıdır.
 - h) Cihaz non-invaziv modda 30-35°C arasında, invaziv modda 35-40°C ve HFO modunda 30- 37°C arasında çalışabilmelidir.
 - i) Her mod için cihazın sıcaklık default ayarları olmalıdır.

- j) Cihaz su dökülme durumuna karşı suyu dışarı atacak şekilde boşaltma delikleri bulunmalıdır.
- k) Cihazın aşırı ısınma durumuna karşı alarm sistemi ile donatılmış olmalıdır.
- l) Aşırı ısınma durumunda ısıtıcı tabla ve ısıtıcı tel sıcaklığını kesmelidir.
- m) Cihazda oluşan alarmlar sesli ve görsel olarak ekran ve lightbar üzerinden görülebilmelidir. Ayrıca alarm sebebi ekran üzerinden takip edilebilmelidir.
- n) Alarm butonuna basıldığında 120 sn alarm sesi susturulmalıdır.
- o) Cihazın kullanıcıyı uyaran alarm parametrelerine sahip olmalıdır;
- Yüksek sıcaklık alarmı
 - Düşük sıcaklık alarmı
 - Su haznesi boş alarmı
 - Su haznesi takılı değil alarmı
 - Hatalı hasta devresi takılı alarmı
 - Aşırı ısınma alarmı
- p) Cihaz her akış değerinde hastaya doğal nemin verilmesini sağlayabilmelidir.
- q) Nemlendirici IP21 sertifikasına sahip olmalı, cihazda oluşabilecek sıvı temaslarında hasta ve cihaz güvenliği sağlanabilmeli ve bu özellik açıkça cihaz üzerinde belirtilmiş olmalıdır.
- r) Cihaz arka kısmında kızak sistemi ile istenilen bir yere sabit edilebilmeli veya herhangi düz bir zemin üzerinde çalışabilmelidir.
- s) Cihaz kullanılacak olan ventilatör cihazına birebir uyumlu olmalıdır.
- t) Cihaz ile birlikte verilecek ekipmanlar;
- 1 adet güç kablosu
 - 1 adet ısıtıcı tel adaptör
 - 1 adet sıcaklık probu
 - 1 adet nebulizatör kablosu
- u) İstenildiği takdirde Nebülizatör T – parça ve Nebülizatör ilaç haznesi hastane tarafından tedarik edilebilir olmalıdır.
- v) Cihazın çalışabileceği ortam sıcaklığı 20 °C ile 30 °C olmalıdır.
- w) Cihazın saklama sıcaklık değeri -20 °C ile 60 °C arasında olmalıdır.
- x) Cihazın Çalışma Voltajı 230V 50/60Hz olmalıdır.
- y) Cihazın CE belgesi bulunmalıdır.
- z) Teklif veren firmanın TSE Hizmet Yeri Yeterlilik Belgesi bulunmalıdır.



Doç. Dr. Evren DEĞİRMENÇİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kordinatör