

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2024

İlan No : 2024-11-4249
İstem No : 77934
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

CAT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 22/11/2024 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KABLO, BİPOLAR, COVİDİEN KOTER CİHAZINA UYUMLU	2	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



41591

Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :Bipolar Kablosu ve Ucu(2 Adet)			
Ortopedi Ameliyathanesi	Marka :Covidien marka Force FX model uyumlu			
	Model :			
	Seri No:			
	Demirbaş No:			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:06/11/2024	Var []	Yok [X]	Var []	Yok [X]

Arıza Özeti : Uçlar ve kablolar çalışmamaktadır. Yapılan kontrollerinde soket girişlerinin kırık olduğu ve kablolarının içten deforme olup iletişimi sağlamadıkları tespit edilmiştir. Onarımları mümkün olmadığından tarafımızca HEK'e ayrılmıştır.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. ... Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

BİPOLAR ARA KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo COVIDİEN marka FORCE FX model koter cihazına uyumlu olmalıdır.
- 2-Kablo kopma ve kırılmaya karşı esnek elastik yapıya sahip olmalıdır.
- 3-Kablo cihaza takılan uç kısmı tak çıkar soket özelliğinde olmalıdır.
- 4-Kablo ile beraberinde kullanılacak olan bipolar ucuda birlikte verilecektir.
- 5-Kablo ile kullanılacak olan bipolar uç yapısı iğne uçlu olup cımbız tip bas çek yapıya sahip olmalıdır.
- 6-Kablo ve bipolar uç cihazda kullanıcısı tarafından denendikten sonra uygunluk verilecektir.


Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu