

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/11/2024

İlan No : 2024-11-4294
İstem No : 77958
Alım No :
Talep Eden Birim : Periodontoloji / Periodontoloji
Konu : SARF MALZEME ALIMI

61

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2024 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	MASA ÖRTÜSÜ, YEŞİL, DELİKLİ, 150CMX110CM	20	Adet					
2	ESSİKS PLAK, 1MM, SERT, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	8	Paket					
3	TABLET, PLAK BOYAYICI AJAN	10	Kutu					
4	AİR FLOW KLASİK TOZ, DENTAL KULLANIM AMAÇLI	1	Kg					
5	KAVİTRON TORK ANAHTARI	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

MASA ÖRTÜSÜ ,YEŞİL , DELİKLİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Ürün steril ambalajında olmalıdır.
2. Steril tarihi üstünde yazılı olmalıdır.
3. Ürün bilgisini içerir etiketi olmalıdır.
4. Masa Örtüsü 150*110 boyutunda olmalıdır.

ESSİKS PLAK, 1MM, YUMUŞAK, DENTAL KULLANIM AMAÇLI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dörtgen şekilli olmalıdır.
2. Çift yüzü film kaplı olmalıdır.
3. Isıtıldığında kolayca yumuşamalıdır.
4. Isıtıldığında hava kabarcığı oluşmamalıdır.
5. 1 mm (0,04 inç) kalınlığında yumuşak olmalıdır.
6. Toksik olmamalıdır.

TABLET, PLAK BOYAYICI AJAN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Tablet şeklinde olmalıdır.
2. Kolayca çiğnenebilmelidir.
3. Kırmızı olmalıdır.
4. Tükürük ile temas ettiğinde eriyebilmelidir.
5. Bakteri plağı ile kaplı diş bölgelerini boyayabilmeli ve net olarak gösterebilmelidir.
6. Bazik fuksin yapısında olmalıdır.
7. Kullanan kişi için toksik özellikler taşımamalıdır.

AİR FLOW TOZU TEKNİK ŞARTNAMESİ


1. Dental kullanım amaçlı olmalıdır.
2. Sodyum bikarbonat esaslı olup; partikül boyutları 40 mikron ile 65 mikron arası olmalıdır.
3. Air flow cihazında kullanımına uygun olmalıdır.
4. Hassasiyet önleyici özelliği bulunmalıdır

KAVİTRON TORK ANAHTARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. 134 C yüksek sıcaklık ve basınç altında otoklavlanabilir olmalıdır.
2. Alet dezenfektanları uygulandığında deformasyon/korozyona uğramamalıdır.
3. En az iki (2) yıl garantili olmalıdır.

MEDİA ile Halkın Bilgi Fakültesi
Perfektör
Dr. Öğr. Üyesi
Dip. Tez.

MEÜ Dış Hekimliği Fakültesi
Ağız Diş Hastalıkları Anabilim Dalı
Dr. Öğr. Üyesi
Dip. Tez.


Doktor V.