

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

26/11/2024

İlan No : 2024-11-4204  
İstem No : 77961  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AR

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KATETER, YABANCI CİSİM YAKALAMA, TETRAPOD, 2.5MMX160CM	5	Adet					
2	SNARE KATETERİ, POLİPEKTOMİ, ENDOSKOPİK, FİLELİ, OKTAGONAL, 2.5MMX230CM	5	Adet					
3	ENDOSKOPİK POLİP ÇIKARMA BASKETİ, 2.5MMX230CM	5	Adet					

2. Kez ilana çıkılmıştır.

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

**Quadropod (Dört Telli) Yabancı Cisim Yakalama Forcepsi  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Forceps yabancı cisim çıkarma işleminde kullanılmalıdır.
2. Quadropod yabancı cisim çıkartma işlemi sırasında kullanılmak üzere 4 telli olarak dizayn edilmiş olmalıdır.
3. Tellerin yapısı daha iyi bir tutuş sağlaması açısından asimetrik olmalıdır.
4. Tellerin her bir ucu kanca biçiminde olmalıdır.
5. Kılıf çapı 2.5 mm olmalıdır.
6. Tek kullanımlık olmalıdır.
7. Uzunluğu 160 cm olmalıdır.
8. Malzeme orijinal ambalajında yer almalıdır.Ş
9. Malzemenin uluslararası kalite standartlarına uygunluğu olmalıdır.
10. Malzemeler steril ambalajında en az 1 yıl miadlı olmalıdır.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. :134299 Uzm. Tes. No. : 103143

Dr. Öğr. Üyesi  
MEÜ Sağlık  
ve Uygulama  
Çocuk Cerrahisi  
Dip. Tes. No. :134299

## ROTH-NET (POLİP İÇİN) FİLELİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polip çıkartmak amaçlı dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Filenin yapısı polipleri tutabilecek yapıda olmalı ve yakalanan poliplerin tekrar düşmemesi amaçlı fileye yapışmasını sağlayacak şekilde tasarlanmış olmalıdır.
3. Optimum bir patolojik inceleme için hasarsız olarak çıkartılabilecek özellikte olmalıdır.
4. Snare disposable olmalıdır.
5. Filenin kılıf çapı sadece polip amaçlı 2.5 mm. kılıf çapında olmalıdır. Kılıf uzunluğu 230 cm olmalıdır.
6. Filenin yaklaşık ölçüsü sadece polip çıkarmak amaçlı 3 x 6 cm olmalıdır.
7. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
8. File, birden fazla polipi toplayarak çıkarabilecek nitelikte olmalıdır.
9. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
10. File prosedür esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
11. Her ürün ile beraber bir adet endoboot verilmelidir.
12. Filenin Uluslar arası kalite belgelerinden (CE-FDA) en az birine sahip olmalıdır.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. : 134299 Uzm. Tes. No. : 103143

Dr. Öğr. Üyesi  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. D.  
Dip. Tes. No. : 134299 Uzm. Tes. No. : 103143

## OKTAGONAL FILELİ SNARE TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Özefagustan yiyecek bolusu veya yabancı cisim çıkartmak amacıyla dizayn edilmiş olmalıdır.
2. Özefagusta açılırken kapasitesini maksimuma çıkartmak üzere oktagonal file yapısı olmalıdır.
3. Fileli snare tek kullanımlık olmalıdır.
4. Filenin kılıf çapı 2,5 mm. olmalıdır. Kılıf uzunluğu 230 cm olmalıdır.
5. Filenin ölçüsü 4 x 5,5 cm olmalıdır.
6. Filenin güçlü tel yapısı olmalıdır.
7. File tek elle manipulasyona izin verecek yapıda olmalıdır.
8. File uygulama esnasında görüntülemeye olanak sağlayacak yapıda olmalıdır.
9. Ambalaj üzerinde son kullanma tarihi, lot numarası, ürünün içeriği hakkında tüm bilgiler belirtilmelidir.Ş
10. Malzemeler teslim tarihinden itibaren en az 2 (iki) yıl miadlı olmalıdır.
11. Malzemelerin TITUBB onayı olmalıdır.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No.: 134299 Uzm. Tes. No.: 103143

**Dr. Öğr. Üyesi İsmail Hakkı**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A.D.  
Dip. Tes. No.: 113932