

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

11/12/2024

İlan No : 2024-11-4257  
İstem No : 77976  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi  
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

ANA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 12/12/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR ELCİĞİ KABLOSU, ENTEGRE İRRİGASYONLU GÜÇ KONSOLUNA UYUMLU, BEYİN CERRAHİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

Teknik Şartname Güncellendi!

## MOTOR ELCEĞİ İÇİN KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Teklif edilecek elcek kablosu ameliyathanemiz bünyesinde bulunan Medtronic Midas Rex marka motor sistemi ile %100 uyumlu ve ~~çapına~~ olmalıdır.
- 2- Teklif edilecek elcek kablosunun motor bağlantı kordonu uzunluğu 4-5 m arasında olmalıdır. Motor hiçbir anahtar gerektirmeksizin kordona takılıp çıkarılabilmelidir.
- 3- Teklif edilecek motor kablosu etilen oksit ve buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
- 4- Teklif edilecek motor kablosu motora kolay tak-sök (quick connect) özelliğinde olmalıdır.
- 5- Teklif edilecek motor kablosu ve konsolun girişleri aynı olmalıdır. Her iki ucu da konsola ve motora takılabilmelidir.
- 6- Sistem teklifinde verilecek aksesuar ve parçalar aşağıdaki gibidir:

Motor kablosu(motordan ayrılabilir özellikte) 1 Adet

*Prof. Dr. Emel AVCI*  
MEU, Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Diy. Tel. No: 3337-79033

*Ogrt. Uyesi Derya KARA.*  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Beyin ve Sinir Cerrahisi  
Diy. Tel. No: 3337-79033

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyo-medikal Sorumlusu