

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2024

İlan No : 2024-11-4257
İstem No : 77976
Alım No :
Talep Eden Birim : Beyin Cerrahi / Beyin Cerrahi Servisi
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

FA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YÜKSEK DEVİRLİ MOTOR ELCİĞİ KABLOSU, ENTEGRE İRRİGASYONLU GÜÇ KONSOLUNA UYUMLU, BEYİN CERRAHİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

MOTOR ELCEĐİ İÇİN KABLO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1- Teklif edilecek elcek kablosu ameliyathanemiz bünyesinde bulunan Medtronic Midas Rex marka motor sistemi ile %100 uyumlu ve orijinal olmalıdır.
- 2- Teklif edilecek elcek kablosunun motor bağlantı kordonu uzunluđu 4-5 m arasında olmalıdır. Motor hiçbir anahtar gerektirmeksizin kordona takılıp çıkarılabilmelidir.
- 3- Teklif edilecek motor kablosu etilen oksit ve buhar otoklavında steril edilebilmelidir.
- 4- Teklif edilecek motor kablosu motora kolay tak-sök (quick connect) özelliğinde olmalıdır.
- 5- Teklif edilecek motor kablosu ve konsolun girişleri aynı olmalıdır. Her iki ucu da konsola ve motora takılabilmelidir.
- 6- Sistem teklifinde verilecek aksesuar ve parçalar aşğıdaki gibidir:

Motor kablosu(motordan ayrılabilir özellikte) 1 Adet

Prof. Dr. Emel AYCI
MED. Sađık Avcı Hastanesi
ve Uygulama Merkezi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tic. Sic. No. 333738833

Ođrt. Üyesi Derya KARA...
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Beyin ve Sinir Cerrahisi
Tic. Sic. No. 333738833

Mersin Üniversitesi Hastanesi

Nurettin DİNCER

Biyomedikal Sorumlusu