

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

19/11/2024

İlan No : 2024-11-4253
İstem No : 77988
Alım No :
Talep Eden Birim : Tüp Bebek Merkezi(Ü.Y.T.M.) / Tüp Bebek Günübirlik
Konu : SARF MALZEME ALIMI



Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 26/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ZOR EMBRİYO TRANSFER KATETERİ	60	Adet					
2	PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 1ML	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.


1. ZOR EMBRİYO TRANSFER KATETERİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Plastik dış koruyucu kılıf, iç katater ve dış katater olmak üzere 3 parçadan oluşmalıdır.
2. Katater koruyucusu şeffaf ve sert olmalıdır.
3. İç kataterin üzerine tutaç bitim noktasından itibaren 140-145 mm uzunluğunda paslanmaz çelikten üretilmiş bir destekleyici kaplanmış olmalıdır.
4. Ergonomik bir handle'ı olmalıdır.
5. Transfer kateter polyolefin materyalinden, 2.8 FR çapında, 24 veya 25 cm uzunluğunda ve proksimalinde 4 adet marker olmalıdır.
6. Transfer kateterin içinde çelik cannula bulunmalıdır.
7. Guiding kateter transparent polyetilen materyalinden, 6.6 veya 6.8 FR çapında, en az 17cm uzunluğunda ve distal kısmında 5 adet marker olmalıdır.
8. Dış katater elle kolayca şekil alabilecek özellikte olmalıdır. Dış kataterin uç kısmı serviks geçişinde endometrial travmayı engellemek için ısı ile şekil verilmiş bulp tipte olmalıdır. Kataerin uç kısmı yapıştırma olmamalıdır.
9. İç kateter yumuşak ve atravmatik olmalıdır.
10. MEA (Fare Embriyo testi) yapılmış olmalıdır.
11. MEA testi dışında endotoksin seviyesinin minimumda olduğunu kanıtlamak için LAL endotoksin testide yapılmış olmalıdır ve bu testin yapıldığı katalogda belirtilmelidir.
12. Ürün Gamma sterilizasyon yöntemiyle steril edilmiş olmalıdır ve paket üzerinde belirtilmelidir
13. Tek kullanımlık olmalıdır.

2. PİPET, SEROLOJİK, PLASTİK, DISPOSABLE, 1ML TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Polistiren, nonpiyrogenik olmalıdır.
2. İstenilen 1 ml hacimde olmalıdır.
3. Steril, non-toksik, tek kullanımlık ve tek tek paketli olmalıdır.
4. Pipetlerde ağız kısmında steril pamuk süzgeci bulunmalıdır.
5. Gama sterilizasyon ile steril edilmiş olmalıdır.
6. LAL test prensiplerine göre endotoksin testi yapılmış olmalıdır.
7. İnsan hücresi IVF kültür ortamında kullanıma uygun olmalıdır
8. IVF testi yapılmış olmalıdır


Doç. Dr. Safiye TAĞA
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Kadın Doğum ÜNTEM Lab. Sor.
Dip. No...143


Prof. Dr. Ferit Gürkan TAZICI
MEU Sağlık Araştırma ve
Uygulama Merkezi
Kadın Hast. ve Doğum
Dip. Tes. No. 83910