

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/11/2024

İlan No : 2024-11-4295  
İstem No : 78001  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Gastroenteroloji / Endoskopi  
Konu : YAZILIM YÜKSELTİLMESİ HİZMET ALIM

GA

Talep Edilen Hasta :  
Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2024 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YAZILIM YÜKSELTİLMESİ HİZMET ALIM, FUJIFİLM ULTRASON CİHAZI İÇİN	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

**Bünyamin GÜLTEKİN**  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## ÇEVİRİCİ VE YAZILIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Endoskopi ünitesinde kullanılmakta olan Fujifilm marka Arietta 750 model Renkli Ultrason cihazının Pentax Marka EG-33870UTK LINEER SKOP VE ,EG-3670URK RADIAL SKOP cihazlar ile çalışabilmesi için yazılım güncellenmesinin eksiksiz şekilde yapılması gerekmektedir
- 2) Kullanılmakta olan Renkli Doppler Ultrason cihazının giriş soketlerinin Pentax marka skoplar ile tam uyumlu çalışabilmesi için Çevirici adaptor verilmesi gerekmektedir
- 3) Yazılım yüklemesini üretici firmanın onay verdiği teknik servis tarafından yapılması gerekmektedir
- 4) Çevirici kullanılmamış yeni olmalıdır

**Yusuf Tuzhan TEKİN**  
Mühendis

**Prof. Dr. Engin ALTINTAŞ**  
M.E.Ü.T.F. İç Hastalıkları A.D.  
İç Hastalıkları ve Gastroenteroloji Uzm.  
Dip. No: 19949 / 23417  
Dip. Sicil No: 46195

**Doç. Dr. Serkan YARAŞ**  
MeÜ Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
İç Hastalıkları / Gastroenteroloji  
Dip. Tes. No: 94145