

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

22/11/2024

İlan No : 2024-11-4291
İstem No : 78010
Alım No :
Talep Eden Birim : Neonatoloji / Yenidoğan Yoğun Bakım
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2024 12:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	VENTİLATOR SOLUNUM DEVRESİ, DISPOSABLE, ÇİFT İSİTMALİ, YENİDOĞAN, DRG	20	Adet					
2	Y PARÇASI, FLOWSENSOR İÇİN	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.**

Y PARÇASI, FLOWSENSÖR İÇİN

1. Solunum cihazında ayarlanan parametrelerin doğruluğunun kesin olabilmesi için Drager marka yenidoğan ventilatör cihazlarının orijinal parçası olmalıdır.
2. Ventilatör seti ve entübasyon tüpüne uygun olmalı, ölçüm doğruluğunu etkileyeceğinden ve ölü boşluğu artıracığından ek bir aparat gerekmemelidir.
3. Üzerinde akışın ölçülmesini sağlayan flow sensörün takılacağı soket ve flow sensör bulunmalıdır.
4. Akış sensörü Y parçasına takıldığında kaçağa sebebiyet vermemelidir.
5. Sensöre 134 derecede buhar sterilizasyonu yapılabilmelidir
6. Sensör şeffaf ve polisülfon (PSU) 'den yapılmış olmalıdır.
7. Paket üzerinde firmanın adı ve parça numarası belirtilmiş olmalıdır.
8. Tüm parçalar tek bir marka ve orijinal parçalardan oluşmalıdır.
9. Sensör üretim hatalarına karşı 1 yıl firma garantisi altında olmalıdır.

Doç.Dr. Ayşen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Has. Uzmanı
Nöroloji Uzmanı
Dip. Tes. No: 3296 - 92512

Prof. Dr. Yalın ÇELİK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.
Dip. Tes. No: 42765 - 92512

SET, ÇİFT ISITICILI, VENTİLATÖR, YENİDOĞAN, DİSPOSABLE, DRG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Hasta devresi hastanemiz bünyesinde kullanılan Draeger Babylog 8000 marka yenidoğan ventilatöre uyumlu olmalıdır.
2. Gaz ileten hiçbir bileşen PVC içermemelidir.
3. Set polietilen ve polipropilenden yapılmış olmalıdır ve lateks içermemelidir.
4. Hasta devresi respiratör ile birlikte kullanılan fisher paykell MR 850 model humidifier cihazına uyumlu olmalıdır.
5. Hasta devresinin inspirasyon ve ekspirasyon hattı ısıtıcı telli olmalıdır.
6. Hasta devresi 100 mL 'ye kadar tidal hacme sahip yenidoğan hastalarına yönelik tasarlanmış olmalıdır.
7. Hasta devresinin boyu küvöz içerisine rahatça ulaşabilmesi için en az 1,7 metre uzunluğunda olmalıdır.
8. Hasta devresi Yüksek Frekanslı Osilasyon (HFO)'nun yanı sıra Senkronize Aralıklı Zorunlu Ventilasyon (SIMV), Zorunlu Dakika Ventilasyonu (MMV), Sürekli Pozitif Havayolu Basıncı (CPAP) gibi standart ventilasyon modlarına uygun olmalıdır.
9. Hasta devresinin yapısı kink olmayı engelleyecek şekilde tasarlanmış olmalı ve homojen ısı dağılımı için geliştirilmiş hava ısıtma teknolojsi (gömülü ısıtma teli) ile tasarlanmış olmalıdır.
10. Hasta devresi tek bir paket içerisinde aşağıdaki aksesuarlardan oluşmalıdır Hortum seti
 - Nemlendirici ara hortumu
 - Isıtmalı inspryum hattı
 - Isıtmalı experyum hattı
 - Su tutucu
 - Y parçası
 - Nemlendirme Haznesi
11. Ünitede bulunan Draeger Babylog 8000 solunum cihazı sayısınca (9 adet) ısıtıcı cihazlara uygun, çift girişli ara kablo ve setlere uygun flow sensör (9 adet) verilmelidir.
12. Hasta devresi cihazdaki rezistans ve kompliyans testlerinden geçebilmelidir, bu testlerden geçemeyen devrelerde fiyat avantajı olsa dahi kabul edilmeyecektir. Bunun için demo düzeneği hazır tutulmalıdır.
13. Paket üzerinde firmanın adı, parça numarası ve son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.
14. Tüm parçalar tek bir firma ürünü olmalıdır toplama parçalardan oluşmamalıdır.

Araş. Gör. Üzm. Dr. Ayşe Melike ADAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Dip. Tes. No: 144782

Doç. Dr. Aysen ORMAN
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları
Necdetiççi Uzmanı
Dip. Tes. No: 3296 - 92512