

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

25/11/2024

İlan No : 2024-11-4324  
İstem No : 78034  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Kulak Burun Boğaz / Kulak Burun Boğaz Servis  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 29/11/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	SES PROTEZİ, NO:2, 8MM	10	Adet					
2	SES PROTEZİ, NO:2, 10MM	10	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TITUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TITUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## SES PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Medikal kullanıma uygun silikon plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Protez 8.0 mm boyutunda olmalı ve 17Fr/22,5Fr çapında seçenekleri olmalıdır.
- 3- Dış Çapı 7.5mm olmalıdır.
- 4- Periferik sızıntıdan oluşan kaçağı önlemek adına extra bariyerli seçeneği olmalıdır.
- 5- Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
- 6- Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
- 7- Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
- 8- Valf, radyopak mavi halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır.
- 9-Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalı ve extra bantlama gerektirmemelidir.
- 10- Ürün total larenjektomi sonrası cerrahi, prostetik ses retasyonu için kullanılmalıdır.
- 11- Her protez kutusu içinde 1 adet Voice protez, 1 adet Loading Tube (yükleme tüpü: Bu tüpün içi, protezin geçişini kolaylaştırmak için özel yağla kayganlaştırılmış olmalı ve TE fistül içine anterograd yerleştirme için incelen bir uç özelliğine sahip olmalıdır.), 1 adet Inserter (yerleştirici: Voice protez uzantısının geçebileceği bir yivi olmalı ve inserter üzerinde 1 ve 2 rakamları yazılı olup sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı protezin yerleşebilmesi için atravmatik özellikte olmalıdır.)
- 12- Protezin fistülden çıkarılmaksızın özel fırçası olmalı,günlük bakımı yapılabilmelidir.
- 13-Tüm set EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 14- Steril tekli paketlerde bulunmalıdır. Son kullanma tarihi kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üye. Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Eğit. Tes. No: 165528

Prof. Dr. Yusuf YANISOĞLU  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
K.B.B. A.B.D.  
Eğit. Tes. No: 2221

## SES PROTEZİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1- Medikal kullanıma uygun silikon plastikten imal edilmiş olmalıdır.
- 2- Protez 10 mm boyutunda olmalı ve 17Fr/22,5Fr çapında seçenekleri olmalıdır.
- 3- Dış Çapı 7.5mm olmalıdır.
- 4- Periferik sızıntıdan oluşan kaçağı önlemek adına extra bariyerli seçeneği olmalıdır.
- 5- Trakeal flanşın girişimini kolaylaştıran uzantısı olmalıdır.
- 6- Ses rehabilitasyonunu kolaylaştıran düşük dirençli valfi olmalıdır.
- 7- Valf, protez ile aynı kalıptan çıkmış (tek parça) olmalıdır.
- 8- Valf, radyopak mavi halka ile ayrıca desteklenmiş ve Candida dirençli olmalıdır.
- 9-Protezin güvenilir şekilde stabil yerleşimini sağlayan sertlikte flanşları olmalı ve extra bantlama gerektirmemelidir.
- 10- Ürün total larenjektomi sonrası cerrahi, prostetik ses retasyonu için kullanılmalıdır.
- 11- Her protez kutusu içinde 1 adet Voice protez, 1 adet Loading Tube (yükleme tüpü: Bu tüpün içi, protezin geçişini kolaylaştırmak için özel yağla kayganlaştırılmış olmalı ve TE fistül içine anterograd yerleştirme için incelen bir uç özelliğine sahip olmalıdır.), 1 adet Inserter (yerleştirici: Voice protez uzantısının geçebileceği bir yivi olmalı ve inserter üzerinde 1 ve 2 rakamları yazılı olup sert plastikten imal edilmiş olmalıdır. Uç kısmı protezin yerleşebilmesi için atravmatik özellikte olmalıdır.)
- 12- Protezin fistülden çıkarılmaksızın özel fırçası olmalı,günlük bakımı yapılabilmelidir.
- 13-Tüm set EO ile steril edilmiş olmalıdır.
- 14- Steril tekli paketlerde bulunmalıdır. Son kullanma tarihi kutu üzerinde yazılı olmalıdır.

Dr. Öğrt. Üyel Kemal Koray BAL  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Kulak Burun Boğaz  
Diy. Tıp. No.: 65528

Prof. Dr. Yusuf YAYISOĞLU  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
K.B.B. A.B.D.