

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

27/11/2024

İlan No : 2024-11-4352
İstem No : 78112
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 02/12/2024 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	YÜZEY SİLME MENDİLİ, HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN	100	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

YÜZEY SİLME MENDİLİ,HEMODİYALİZ CİHAZI İÇİN TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1) Ürün kullanıma hazır dezenfektanlı mendil formunda olmalı ve silme metodu ile tıbbi cihaz (Hemodiyaliz cihazlarının yüzeyi, respiratör, termometre, kablolar vb.) yüzeylerinin temizlik ve dezenfeksiyonunda kullanılabiliridir.
- 2) Ürün kuarternler amonyum ve alkol içermelidir. Aldehit, klor, fenol ya da türevlerini içermemelidir.
- 3) Ürün temizlik ve dezenfeksiyonunu aynı anda yapabilmelidir. Durulama gerektirmemelidir.
- 4) Ürün kullanılan yüzeyleri aşındırmamalıdır.
- 7) Mendiller en az 100'lük kendi orijinal paketinde bulunmalı, paket açılıp kapanabilen kilit sistemine sahip olmalıdır.
- 8) Ambalaj üzerinde kullanım şekli, üretim tarihi, son kullanım tarihi, üretim parti seri (LOT) numarası ve açıldıktan sonra kullanım süresi bilgileri olmalıdır.
- 9) Ürünün ÜTS'de kaydı bulunmalıdır.
- 10) Ürün Güvenlik Bilgi formu bulunmalıdır.
- 11) Ürün en az 2(iki) yıl raf ömrüne sahip olmalıdır.
- 12) Ürün TBC dahil olmak üzere bütün bakterilere, mantarlara, HBV, HIV, Norovirüs ve Poliovirüs dahil olmak üzere virüslere karşı etkili olmalıdır.
- 13) Ürün denenmek üzere en az bir paket diyaliz ünitesine verilecektir.

Halil Ramazan EREN
Diyaliz Teknikeri

Prof. Dr. Ahmet Alper KUYUKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Diy. Teş. No. 63744