

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

03/01/2025

İlan No : 2025-01-24  
İstem No : 78492  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Enfeksiyon / Çocuk Enfeksiyon Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMLARI.

GT

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 10/01/2025 10:00:00**

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ŞEFFAF TESPİT ÖRTÜSÜ, İNTRAKET-KATETER, HİPOALERJENİK, 7CMX8CM	5000	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


**NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.**

**Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.**

**ŞEFFAF TESPİT ÖRTÜSÜ İNTRAKET-KATETER HİPOALLERJENİK 7X8 CM  
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. Periferik venöz kateterleri sabitlemek ve kateterin yerinden çıkmasını önlemek için geliştirilmiş olmalıdır.
2. Steril, tekli paket halinde ve 7 cm x 8 cm ebatlarında olmalıdır.
3. Ürün şeffaf olmalı, kateter giriş bölgesi ve çevresinin gözlenmesine olanak sağlamalıdır. Şeffaf film örtü bölümü poliüretan olmalıdır.
4. Ürün, petek doku özelliği ile kateter bölgesinde optimal nem dengesini sağlamalıdır.
5. Ürün hava geçirgen özellikte olup, oksijen ve nem buharı geçişine izin vermeli, kateter giriş bölgesinin kuru kalmasını sağlamalıdır.
6. Ürün, kateterin etrafını daha iyi kavrayabilmesi için çentikli tasarıma sahip olmalıdır.
7. Şeffaf örtünün yan kenarları güçlendirilmiş kumaş flaster ile desteklenmelidir.
8. Ekstra tespit sağlayan iki adet şerit şeklinde kumaş flaster içermelidir.
9. Ürün, bütünlüğü bozulmadığı takdirde sıvı ve bakteri bariyeri oluşturmalıdır.
10. Ürün, bütünlüğü bozulmadığı takdirde çapı 27 nm ve daha büyük virüsler için (HIV-1, HBV vb. virüsler) viral bariyer özelliği oluşturmalıdır. Viral bariyer özelliği invitro ASTM F1671-97b viral penetrasyon testi ile test edilmiş olmalıdır.
11. Yapışkanı basınca duyarlı ve hipoalerjenik olmalı, ciltte ve kateter üzerinde kalıntı bırakmamalıdır.
12. Kağıt çerçevesi sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır.
13. Kağıt çerçevenin iki yanındaki kulakçıklar sayesinde kolaylıkla uygulanabilmeli ve eldivene yapışmamalıdır.
14. Uygulama tarihinin yazılmasını sağlayan etiketi bulunmalıdır.
15. Ürün ve paketi doğal ya da kauçuk lateks içermemelidir.
16. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır.
17. Ürün ve paketi doğal ya da kauçuk lateks içermemelidir.
18. Paket üzerinde son kullanma tarihi ve uygulama şeması olmalıdır.
19. Ürün steril olmalıdır.
20. Şartnameye uygun numune verilmelidir.

**Doç. Dr. Edanur YEŞİL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 192348



**Doç. Dr. Edanur YEŞİL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları  
Dip. Tes. No: 192348

