

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

AA

İlan No : 2025-01-66  
İstem No : 78508  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Bakteriyoloji  
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	HAZIR BESİYERİ, KOYUN KANLI, AGAR	500	Adet					
2	HAZIR BESİYERİ, DNASE AGAR	200	Adet					
3	HAZIR BESİYERİ, CANDİDA, KROMOJENİK	200	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## TEKNİK ŞARTNAME

1. **Hazır Besiyeri, Koyun Kanlı, Agar;**
  1. 90 mm'lik petrielerde kullanıma hazır olmalıdır.
  2. Her ambalajın üzerinde ve petrinin üzerinde besiyerinin son kullanma tarihi, üretim lot numarası, besiyerinin adı ve içeriği yazmalıdır.
  3. Besiyerlerinin kalınlığı 4 mm olmalıdır.
  4. Laboratuvarımızda kontrol suşları (*S.pyogenes* ve *S.pneumoniae*) ekildiğinde 24 saatte 35-37°C'de inkübe edildiği zaman alfa ve beta hemoliz oluşumu gerçekleşmelidir.
  5. Taşıma sırasında kırılan veya kontamine olmuş besiyerleri yenisi ile değiştirilecektir.
  6. Laboratuvara teslim tarihi itibariyle son kullanma tarihi en az 2 ay olmalıdır.
  7. Besiyerine standart suşlarla ekim yapılarak üremeleri değerlendirilecek, uygunluk buna göre verilecektir.
2. **Hazır Besiyeri DNASE Agar;**
  1. 90 mm kullanıma hazır petride olmalıdır.
  2. Besiyerinin kalınlığı 4mm olmalıdır.
  3. Taşıma sırasında kırılan veya kontamine olmuş besiyerleri yenisi ile değiştirilecektir.
  4. Teslim tarihi itibariyle besiyerlerinin miadı en az 2 ay olmalıdır.
  5. Her petrinin ve ambalajın üzerinde besiyerinin seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi gibi bilgiler yer almalıdır.
  6. DNase içeren bakteriler, hazır besiyerindeki DNA'yı hidrolize etmeli, inkübasyon sonrasında hazır besiyeri HCl asit ile kaplandığında DNase pozitif olan kolonilerin etrafında berrak zonlar oluşturmalıdır.
  7. Besiyerine laboratuvarımızda standart suşlarla ekim yapılarak üremeleri kontrol edilecek ve uygunluk buna göre verilecektir.
3. **Hazır Besiyeri Candida Kromojenik;**
  1. *Candida albicans*, *C. tropicalis*, *C. krusei* ve *C. auris* için seçici besiyeridir.
  2. 90 mm kullanıma hazır petride olmalıdır.
  3. Besiyerinin kalınlığı 4mm olmalıdır.
  4. Taşıma sırasında kırılan veya kontamine olmuş besiyerleri yenisi ile değiştirilecektir.
  5. Karma maya kültürlerinde mayaları farklı renklerde görünüşleriyle kolayca tanımlayabilmelidir.
  6. 24-48 saatte 35-37°C 'de inkübe edildiği zaman; *C.albicans* hafif-orta yeşil koloniler, *C.tropicalis* pembe haleleri olan veya olmayan gri-mavi koloniler, *C.krusei* beyazımsı sınırları olan pembe renkli koloniler, *C. auris* mavi haleli açık mavi koloniler oluşturarak üreyecektir.
  7. Teslim tarihi itibariyle besiyerlerinin miadı en az 2 ay olmalıdır.
  8. Her petrinin ve ambalajın üzerinde besiyerinin seri numarası, üretim ve son kullanma tarihi gibi bilgiler yer almalıdır.
  9. Besiyeri için orijinal kutusunda numune getirilecek ve uygunluk buna göre verilecektir.

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU  
MEU Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.  
Dip Tes No. 8831

Prof. Dr. Candan ÖZTURK  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Tıbbi Mikrobiyoloji  
Dip. Tes. No: 818