

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2025-01-54
İstem No : 78534
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

7

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DETERJAN, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNALARI İÇİN	20	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

DETERJAN, CERRAHİ ALET YIKAMA MAKİNELERİ İÇİN

1. Ürün tıbbi ve laboratuvar alanında kullanılan tüm cerrahi aletler ve aksesuarlarının ısıya dayanıklı tüm tıbbi cihazların cerrahi alet yıkama makineleri ile temizliğinde kullanılabilir.
2. Ürün konsantre ve katı formda olmalıdır. Dozajlama dispenserleri ile sıvı hale dönüştürülüp cerrahi alet yıkama makinelerine dağıtılabilmelidir.
3. Dozaj pompası olan bütün makinelerde 2-10 mL/ L oranında kullanılabilir.
4. Ürün korozyon inhibitörü içermelidir.
5. Ürün bileşiminde fosfat, EDTA ve NTA bulunmamalıdır.
6. Kullanıma hazır sulandırılmış ürünün pH değeri 10-11 arasında olmalıdır.
7. Ürünün, yıkanan malzemeden su ile tamamen durulanabilir olduğu belgelendirilmelidir. **Bu belge sunulmalıdır.**
8. Materyal Güvenlik Veri Dosyası (MSDS) olmalıdır. **Bu belge sunulmalıdır.**
9. Ürün katı formda en fazla 5 kg lık ambalajlarda olmalıdır.
10. Ambalaj üzerinde ürünün kimyasal içeriği, lot numarası ve son kullanma tarihi yazmalıdır.
11. Ürün ile birlikte ürünü sıvı hale dönüştürüp yıkama makinelerine dağıtacak olan dozajlama dispenserleri firma tarafından ücretsiz olarak teslim edilecektir.
12. Ürün ve dozajlama dispenserleri ünite de kullanılan Belimed ve Steris marka cerrahi alet yıkama makineleri ile uyumlu olmalıdır.
13. Dozajlama dispenserleri ürün yerleştirme hatalarında ya da ürün bitiminde kullanıcıyı sesli ve görüntülü olarak uyarmalıdır.
14. Dispenserin bakımı ve kalibrasyonu firma tarafından ücretsiz olarak yapılmalıdır.
15. Muayene komisyonu gerek duyması halinde Türkiye Halk Sağlığı Kurumu başta olmak üzere her seri için yeterli sayıda numune alarak masrafları firmaya ait olmak üzere analiz (mikrobiyal etkinlik, toksikolojik, kimyasal içerik, korozif etki vb.) için gönderebilecektir. Analiz nedeniyle eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır.
16. Numuneler orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

Ayser MERİÇ

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Gülden ZENGİN
Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu