

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2025-01-71
İstem No : 78536
Alım No :
Talep Eden Birim : Sterilizasyon / Sterilizasyon
Konu : SARF MALZEME ALIMI

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	POŞET, BANTLI, YAPIŞKANLI, 20-30CMX35-45CM	30	Kg					
2	POŞET, BANTLI, YAPIŞKANLI, 20CMX20CM	20	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/> adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

POŞET BANTLI, YAPIŞKANLI 20CM-30CMX35CM-45CM TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Poşet kalınlığı 0.08 micron olmalıdır
3. Ağız kısmı yapışkan bantlı olmalıdır.
4. Poşetin ağızında bulunan yapışkan söküldükten sonra tekrar yapışabilme özelliğinde olmalıdır.
5. Poşetin hammaddesi polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Poşet üzerinde delik kesik olmamalıdır.
7. İçinde hurda vb.koku yapabilircek madde bulunmamalıdır.
8. 5-10 kg paketler halinde teslim edilmelidir.


Prof. Dr. Gülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu


Ayser MERİÇ
Merlin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

POŞET BANTLI, YAPIŞKANLI 20CMX20TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Şeffaf olmalıdır.
2. Torbanın kalınlığı 0.08 micron olmalıdır.
3. Ağız kısmı yapışkan bantlı olmalıdır.
4. Ağız kısmı yapışkan bantlı olmalıdır.
5. Torbanın ağızında bulunan yapışkan söküldükten sonra tekrar yapışabilme özelliğinde olmalıdır.
6. Torba orijinal hammaddeden üretilmiş olmalıdır.
7. Torbanın hammaddesi polipropilen malzemeden üretilmiş olmalıdır.
8. İçinde hurda vb. koku yapabilecek madde bulunmamalıdır.
9. 5-10 kg paketler halinde teslim edilmelidir.

ANŞER MERİÇ

ANŞER MERİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Merkezi Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Sülden ERSÖZ
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Sterilizasyon Ünitesi
Sorumlusu