

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2025-01-44
İstem No : 78551
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

Ays

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 13/01/2025 10:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	KATETER, TORAKS, DÜZ, 28CH	150	Adet					
2	KATETER, TORAKS, DÜZ, 32CH	170	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TITUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

KUC
Güçer

KATETER, TORAKS, DÜZ, 28CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Dren 28FR genişliğinde olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
3. Dren boyunca radyopak çizgi içermelidir.
4. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delikli olmalıdır.
5. Drenin uç kısmında ilk 15 cm içinde en az 5 delik olmalı ve son delik (ölçeklendirmeye en yakın olan) radyopak çizgi üzerinde olmalıdır.
6. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile en az 26 cm'e kadar işaretlenmiş olmalıdır.
7. Dren uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.
8. Drenin son kısmı (drenaj sistemine bağlanacak kısım) kesilerek sivriltilmiş olmalıdır.
9. Şeffaf, biyolojik olarak inert, esnek malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
11. Uç kısmında 6(+1) delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Ali ÖZDULGEK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No: 44928

Dr. Öğr. Üyesi Eren ÖZALBİSAK
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No: 44928

Prof. Dr. Mehmet Öğuz KÖKSEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No: 43528

Yrd. Doç. Dr. Abdulkadir BİLİSİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. Tes. No: 44928

KATETER, TORAKS, DÜZ, 32CH TEKNİK ŞARTNAMESİ

KVC
Göğüs Cerr.

1. Dren 32FR genişliğinde olmalıdır.
2. Hortum uzunluğu boyunca radyopak çizgi içermelidir.
3. Dren boyunca radyopak çizgi içermelidir.
4. Uç kısmı yuvarlatılmış ve delikli olmalıdır.
5. Drenin uç kısmında ilk 15 cm içinde en az 5 delik olmalı ve son delik (ölçeklendirmeye en yakın olan) radyopak çizgi üzerinde olmalıdır.
6. Son delikten itibaren 2'şer cm ara ile en az 26 cm'e kadar işaretlenmiş olmalıdır.
7. Dren uzunluğu en az 50 cm olmalıdır.
8. Drenin son kısmı (drenaj sistemine bağlanacak kısım) kesilerek sivriltilmiş olmalıdır.
9. Şeffaf, biyolojik olarak inert, esnek malzemeden üretilmiş olmalıdır.
10. Toraks kateteri her türlü bağlantıya uyacak şekilde tasarlanmış genişleyen proksimal uca sahip olmalıdır.
11. Uç kısmında 6(+1) delik olmalı ve bunlar sarmal bir yapıda olmalıdır.

Prof. Dr. Ali ÖZDULGER
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi
Dip. Tes. No.: 44030

Dr. Öğr. Üyesi Rençir KALBİSAĞOĞLU
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerr.
Dip. No.: 14023

Dr. Öğr. Üyesi Abdulkadir BİLGİÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Kalp ve Damar Cerrahisi
Dip. No.: 14023

Prof. Dr. Mehmet Oğuz KÖKSEL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göğüs Cerrahisi Ana Bilim Dalı Başkanı
Dip. Tes. No.: 43528