

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2025-01-61  
İstem No : 78556  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama  
Konu : SARF MALZEME ALIMI

AA

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	JEL, LİDOCAİN İÇEREN	5000	Adet					
2	MASKE, OKSİJEN, GERİ SOLUMASIZ, PEDIATRİK	250	Adet					
3	DİSTİLE SU, STERİL, TORBA, 500ML	1500	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

**Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.**

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
HASTANE MÜDÜR YRD.

## JEL, LİDOCAİN İÇEREN TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jel, %2 lidokain içermelidir.
2. Jel görüntüyü etkilemeyen, suda eriyebilen, berrak renksiz özellikte olmalıdır.
3. Gliserin ve formaldehit içermemelidir.
4. Jel en az 10 ml' lik ambalajda olmalıdır.
5. Ambalaj üzerinde üretim ve son kullanma tarihi olmalıdır

Prof. Dr. Hasan Erdal DORUK  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Üroloji  
Dip. Tes. No.: 40252-55177

Prof. Dr. Adem AKBAŞ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Üroloji A.D.  
Dip. Tes. No.: 4085-37063

## MASKE, OKSİJEN, GERİ SOLUMASIZ, PEDIATRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Maske pediatrik kullanım için yüksek konsantrasyonlarda oksijen vermeye uygun olmalıdır.
2. Maske üzerindeki baş lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.
3. Rezervuarla maske arasındaki konnektörde oksijen tüpünün takılabileceği adaptör olmalıdır.
4. Set içinde yüze tam uyum sağlayacak yumuşak vinil (poly-vinly-chloride) maske, 600 ml. Rezervuar ve 2 metre oksijen hortumu olmalıdır.
5. Maskenin yüzde rahat durmasını sağlayacak ince burun mandalı olmalıdır.
6. Maske üzerindeki baş lastiği esnek fakat kolay deforme olmayacak nitelikte olmalıdır.

Prof. Dr. Gülşin BOZLU  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Cerrahi Hastalıkları A.B.D.  
Diyar. Tels. No: 0312 359 382

Fadime KOCA  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Acil Servisi  
Sorumlu Hemşire

**DİSTİLE SU, STERİL, TORBA, 500ML TENİK ŞARTNAMESİ**

1. Steril distile su; Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde kullanılan hazır Total Parenteral Nutrisyon solüsyonlarını seyreltmede ve hastanede kullanılan ventilatör, nemlendirici, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının otomatik beslemeli nemlendirici haznesinde (chamber) kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Steril ve distile olmalı, bulaşma riski olmayacak şekilde vakumlu 500 cc'lik polipropilenden mamul poşet ambalajlarda olmalıdır.
3. Ambalaj üzerinde ml' sini gösteren ölçü çizgileri bulunmalıdır.
4. Poşetlerin alt tarafında içinden steril olarak sıvı alabilmek için ve ventilatör nemlendirici haznesi, yüksek akış oksijen terapi cihazlarının otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setinin girişine uygun olacak şekilde bir veya iki giriş yeri olmalıdır.
5. Otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setlerine girişleri uygun ve sağlam olmalıdır. Tedavi durdurulduğunda Otomatik beslemeli nemlendirici haznesi (chamber) setleri çıkarılabilmeli ve su akışı kesilebilmelidir.
6. Ventilatör, nemlendirici, yüksek akış oksijen terapi cihazların güvenle kullanılabilmesi için, steril distile su ambalajı üzerinden herhangi bir sıvı kaçağı olmamalıdır.
7. Asılabilmeye uygun olmalıdır.
8. Teslim edilen Steril Distile Suyun sterilizasyon metodu nemli ısı veya buhar olmalıdır ve bu özellik ÜTS kayıt sistemi üzerinden kontrol edilecektir.
9. Ambalajların üzerindeki etiketler düşmeyecek ve bu etiketlerde;
  - a. Çözeltinin içeriği,
  - b. Steril olduğu ve yöntemi
  - c. Seri numarası,
  - d. İmal tarihi ve son kullanma tarihi,
  - e. "İntravenöz yoldan kullanılamaz" ibaresi olmalıdır.

**Doç.Dr.Ayşen ORMAN**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. Uzmanı  
Neonatoloji Uzmanı  
Dip. Tes. No: 3276 - 92512

**Prof. Dr. Yalçın ÇELİK**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Çocuk Sağ. ve Hast. Neonatoloji B.D.  
Dip. Tes. No: 31188/96404