

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

07/01/2025

İlan No : 2025-01-69
İstem No : 78565
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Stok Kontrol Ve Satınalma Planlama
Konu : SARF MALZEME ALIM

GT.

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 14/01/2025 15:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Test. Süresi (Gün)
1	SONDA, FEEDİNG, NO:14	20	Adet					
2	SONDA, FEEDİNG, NO:16	20	Adet					
3	SONDA, FEEDİNG, NO:18	20	Adet					
4	SONDA, NAZOGASTRİK, 16FR	800	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.


Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

no=8, 10, 14, 16, 18

Hemşirelik

SONDA FEEDİNG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Poliüretan ve PVC olmalıdır.
2. Ürün steril ve tek kullanımlık olmalıdır.
3. Uzunluğu en az 45-55 cm arasında olmalıdır.
4. Enjektör vb. malzeme ile bağlantı yapan ucu (ajutaj) sağlam olmalı ve ek yerinden kolayca kırılmamalıdır.
5. Ajutaj kısmı kapaklı olmalıdır.
6. Travma oluşturmayan yuvarlatılmış, kapalı distal ucu ve en az çapraz iki yan deliği bulunmalıdır.
7. Giriş kolaylığı sağlayan yüzeye sahip olmalıdır.
8. Ürünün hortum boyunca, radyolojik kontrolün yapılabilmesine olanak sağlayan, radio opak çizgisi bulunmalıdır.


Uzm. Hemş. Abdullah Ayçi
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı


Uzm. Hemş. Filiz YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

SONDA, NAZOGASTRİK TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Bükülmeye dirençli, kolay yerleştirilmeyi sağlayan sertlikte olmalıdır.
2. Non Toksik ve apirojen özellikte Tıbbi PVC'den üretilmelidir.
3. Yetişkin kateter boyutu en az 121 ± 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
4. Çocuk kateter boyu en az 47 ± 5 cm uzunluğunda olmalıdır.
5. Kateter üzerinde derinlik ölçmeyi sağlayan çizgiler/numaralar olmalıdır.
6. Uç kısmı açık yuvarlatılmış ve atravmatik olmalıdır.
7. Uç kısmına yakın yerleştirilmiş doku emilimini engelleyen 4 adet delik bulunmalıdır.
8. Boyutları kolayca tanımlayan renk kodlu konnektör bulunmalıdır.
9. Konnektör konik şekilde olmalıdır.
10. Konnektör ucu çam uçlu enjektör ve idrar torbası ile uyumlu olmalıdır.
11. Steril ve tekli paketlerde ambalajlanmış olmalıdır.
12. Paket üzerinde son kullanma tarihi belirtilmiş olmalıdır.

Uzm. Hemş. Abdullah AVCI
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı

Uzm. Hemş. Fuva YILDIRIM
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başhemşire Yardımcısı