

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-137
İstem No : 78583
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : DRAGER MARKA FABİUS GS, FABİUS PLUS VE PRİMUS MODEL ANESTEZİ CİHAZLARI İÇİN YEDEK PARÇA ALIM

GT

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM KİTİ, DRAGER FABİUS GS ANESTEZİ İÇİN	4	Adet					
2	BAKIM KİTİ, DRAGER FABİUS PLUS ANESTEZİ CİHAZI İÇİN	3	Adet					
3	BAKIM KİTİ, DRAGER PRİMUS ANESTEZİ İÇİN	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, varsa barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS veya mail yoluyla mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ, VARSA UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22598-22593-22570-22595-22573

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : ANESTEZİ CİHAZI (10 cihaz)			
AMELİYATHANE ANESTEZİ	Marka : DRAGER			
	Model :PRİMUS-FABIUS PLUS-FABIUS GS			
	Seri No:			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih: 06.01.2025	Var []	Yok [x]	Var [x]	Yok []

Arıza Özeti :

Cihazların periyodik bakımları yapılması aşamasında 3 yıllık bakım kiti değişimlerinin yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

4 adet Fabius Gs
3 adet Fabius Plus
3 adet Primus


Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nuretin DINCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :

Anestezi cihazı 3.yıl servis seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Primus model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Servis seti değişiminden sonra cihazlarda 1 (bir) yıl boyunca arıza olduğunda yüklenici firma arıza tespitini ücretsiz olarak yapacaktır.
6. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
7. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
8. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.


Selman ÖZAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker


Mersin Üniversitesi Hastanesi
Selman DINCER
Biyomedikal Sorumlusu

Anestezi cihazı 3.yıl servis seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Fabius GS model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Servis seti değişiminden sonra cihazlarda 1 (bir) yıl boyunca arıza olduğunda yüklenici firma arıza tespitini ücretsiz olarak yapacaktır.
6. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
7. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
8. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

SERİHAN ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Auretin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Anestezi cihazı 3.yıl servis seti Teknik Şartnamesi

1. Servis seti hastane bünyesinde kullanılan Draeger marka Fabius Plus model anestezi cihazlarının orjinal parçası olmalıdır.
2. Servis seti, üretici firmanın cihaz için uygun gördüğü 3.yıl servis seti içeriğine sahip olmalıdır. Servis setinin içeriği üretici tavsiyesi ile uymayan malzemeler kabul edilmeyecektir.
3. Servis seti, tek bir kutu içerisinde ve aynı firma üretimi olacak, toplama parçalardan oluşmayacaktır.
4. Servis seti yüklenici firma tarafından cihaza takılacak, cihazın üretici firma prosedürlerine göre bakımını yapacak ve bakım sonrası yapılan kontrolleri içeren detaylı servis raporu verecektir.
5. Servis seti değişiminden sonra cihazlarda 1 (bir) yıl boyunca arıza olduğunda yüklenici firma arıza tespitini ücretsiz olarak yapacaktır.
6. Yüklenici firma, servis setini değiştirmek ve arıza tespiti yapmak için üretici firma veya onun yetkilendirdiği firmadan alınmış cihaza ait eğitim sertifikası olan personel çalıştırmalıdır. Sertifika son 3 yıl içerisinde verilmiş olmalıdır.
7. Yüklenici firmanın cihaza ait hizmet yeterlilik belgesi olmalıdır.
8. Tüm istenilen belgeler teklif ekinde sunulmalıdır. Eksik belgesi olan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Murat DİNCER
Mersin Üniversitesi Hastanesi