

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-146
İstem No : 78584
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : ENDOSKOPİ ÜNİTESİNDE BULUNAN 3 ADET KOLONOSKOP VE 1 ADET DUEDENESKOP CİHAZLARININ BAKIM ONARIMI
Talep Edilen Hasta :
Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

AE

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BAKIM VE ONARIM, CİHAZ	4	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22595

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KOLONOSKOP			
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX			
	Model : EC380LKP			
	Seri No:H122261			
	Demirbaş No:-			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih:	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır. Skop çalışmamaktadır. İlgili servis tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DINCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren BESİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Köordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KOLONOSKOP Marka : PENTAX Model : EC380LKP Seri No: g121167 Demirbaş No:-
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Garantili Bakım Sözleşmeli
Tarih:	Var [] Yok [x] Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda kaçak vardır. Skop çalışmamaktadır. İlgili servis tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Alijetin İNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

--	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU





Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : KOLONOSKOP			
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX			
	Model : EC380LKP			
	Seri No: G121159			
	Demirbaş No:-			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda hareket problemi vardır. Skop çalışmamaktadır. İlgili servis tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Nurettin DİNCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Eyren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DUEDENESKOP	
ENDOSKOPI ÜNİTESİ	Marka : PENTAX	
	Model : ED 3490TK	
	Seri No: K120114	
	Demirbaş No:-	
	Garantili	Bakım Sözleşmeli
Tarih:	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda hareket problemi vardır. Skop çalışmamaktadır. İlgili servis tarafından incelenip bakım onarımının yapılması gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Kürettin Dincer Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :