

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-134  
İstem No : 78589  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Patoloji / Patoloji  
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIM

Ağs

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	KLİP, METAL	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMEYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571  
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## METAL KLİPS TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Cytospin 4 (sitosantrifüj cihazı) kullanılmak üzere üretilmiş olmalıdır.
2. Tek kullanımlık Sitofunnel ile kullanıma uygun olmalıdır.
3. Cihaz ile aynı üreticiden olduğu ambalaj üzerinde yazmalıdır.
4. Kullanım şekli cihazın kataloğundan gösterilebilmelidir.
5. Paslanmaz malzemeden üretilmiş olmalıdır.
6. Laboratuvarda bulunan Cytospin 4 cihazında kullanabilir olduğuna dair yetki belgesi olmalıdır.
7. Ürün ambalajı üzerindeki Üretici ismi ile SitoSantrifüj Cihazının üreticisi aynı olmalıdır.
8. Ürün CE belgesine sahip olmalı ve IVD direktifi 98/79/EC kapsamında olmalıdır.

Prof. Dr. Mehmet YALDIZ  
MED Sağlık Araştırma  
ve Uygulama Merkezi  
Patoloji  
Tic. Sic. No.: 42634

Doç. Dr. Ferah TUNCEL  
Bersin Üniversitesi Hastanesi  
Tıbbi Patoloji  
Tic. Sic. No.: 42634