

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-122
İstem No : 78590
Alım No :
Talep Eden Birim : Hemodiyaliz / Hemodiyaliz A Odası
Konu : TEMİZLİK MALZEMESİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	TUZ, TABLET, SU ARITMA CİHAZI	2000	Kg					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin Gültekin
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

**SU ARITMA-YUMUŞATMA CİHAZI SU YUMUŞATMA TUZU 25 KG
TEKNİK ŞARTNAMESİ**

1. En az iki defa rafine edilmiş kaya tuzundan üretilmiş ve beyaz kristal yapıda olmalıdır.
2. Birinci sınıf ultra rafine tablet halinde olmalı ve sulu çözeltisi berrak olmalıdır.
3. Ürün suda çözüldüğünde tortu, çamur, kil ve kum bırakmamalıdır.
4. 25 kg'lık P.P (polypropilen) torbalar halinde sudan etkilenmeyecek şekilde ağız kapalı olmalıdır. İç tarafı ise naylon kaplı olmalıdır.
5. Torbaların üzerinde tuzun ismi, üretim tarihi ve miktarı mutlaka belirtilmelidir. Üzerinde miktarı belirtilmeyen tuz kabul edilmeyecektir.
6. Ambalaj üzerinde üretici firma adı, üretim yeri ve markası yazılı olmalıdır.
7. Nem oranı en çok % 0,3 olmalıdır.
8. İçerisindeki (NaCl) oranı en az % 99 olmalıdır.
9. İçerisindeki kalsiyum oranı en çok 0,8 mg/kg olmalıdır.
10. Toplam sertlik (% 10 luk çözeltide) 1,3-1,5 fr olmalıdır.
11. Gıda maddeleri tüzüğüne uygun olmalı ve TSE belgesi olmalıdır.
12. Satın alınan mallar satıcı firma tarafından alıcının göstereceği hemodiyaliz ünitesi deposuna düzgün bir şekilde yerleştirilmelidir.
13. Diyaliz arıtma suyu yumuşatma sisteminde kullanılmaya uygun olmalıdır.
14. Alınan ürün mesai saatleri içinde teslim edilmelidir.

Esra KÖSE
Hemodiyaliz
Sorumlu Hemşire

Prof. Dr. Ahmet Alper KIYKIM
MEÜ Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
İç Hast. Nefroloji
Dip. Tes. No.: 83744