

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-126
İstem No : 78595
Alım No :
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis
Konu : YEDEK PARÇA ALIMI

Ays

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	BATARYA, PHILLIPS, DFM100, DEFİBİLATOR UYUMLU	2	Adet					
2	BATARYA, PHILLIPS, HEART START XL DEFİBİLATOR UYUMLU	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda ihtiyacı olan cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur.Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
 - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
 - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
 - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
 - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
 - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
 - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
 - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
 - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 2570-2571
Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

BÜNYAMİN GÜLTEKİN
Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DEFİBRİLATÖR Marka : PHİLİPS Model : DFM 100 Seri No: CN32609854	
KADIN DOĞUM SERVİSİ	Garantili	Bakım Sözleşmeli
	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]
Tarih: 06.01.2025	Var [] Yok [x]	Var [] Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan incelemede bataryası şarj tutmamaktadır. Bataryanın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Biyomedikal Teknikeri İsmail YILDIZCI	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren BEGİRMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :

--	--



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DEFİBRİLATÖR			
GÖĞÜS CERRAHİ SERVİSİ	Marka : PHİLİPS			
	Model : HEART START XL +			
	Seri No: US51413017			
	Garantili		Bakım Sözleşmeli	
Tarih: 06.01.2025	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan incelemede bataryası şarj tutmamaktadır. Bataryanın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Nurettin DİNCER Biyomedikal Sorumlusu	 Dr. Evren DEĞİRMEN Mersin Üniversitesi Hastanesi Kordinatör

Açıklama :



T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Başmüdürlüğü
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz : DEFİBRİLATÖR			
KALP DAMAR YOĞUN BAKIM	Marka : PHILIPS			
	Model : DFM 100			
	Seri No: CN32104232			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih: 06.01.2025	Var []	Yok [x]	Var []	Yok [x]

Arıza Özeti :

Cihazda yapılan incelemede bataryası şarj tutmamaktadır ve cihaz kapanmaktadır. Bataryanın yenisi ile değişimi gereklidir.

Gerekli Yedek Parçalar:

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mersin Üniversitesi Hastanesi Mehmet DINCER Biyomedikal Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCİ Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinator

Açıklama :

BATARYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilen batarya %100 orijinal olmalıdır. Uzak dođu ve yerli üretim, fason ürünler kabul edilmeyecektir.
2. Teklif edilen batarya Philips marka HEARTSTART XL+ MODEL defibrilatör cihazlarında kullanıma uygun ve orijinal olmalıdır.
3. Teklif edilen batarya çok kullanımlık özellikte olmalıdır. Ambalajının üstünde cihaza nasıl uygulayacağını gösteren resimler olmalıdır.
4. Batarya üstünde özelliklerinin yazılı olması, meşeyi vb. bilgisi yazılı olacaktır.
5. CE standardı olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün istenilen özellikte ve orijinal olup olmadığı denenecek ve uygunluğu sonra verilecektir.

Mersin Üniversitesi Hastanesi
Murattin DİNCER
Biyomedikal Sorumlusu

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Biyomedikal Tekniker

BATARYA TEKNİK ÖZELLİKLERİ

1. Teklif edilen batarya %100 orijinal olmalıdır. Uzak dođu ve yerli üretim, fason ürünler kabul edilmeyecektir.
2. Teklif edilen batarya Philips marka DFM 100 MODEL defibrilatör cihazlarında kullanıma uygun ve orijinal olmalıdır.
3. Teklif edilen batarya çok kullanımlık özellikte olmalıdır. Ambalajının üstünde cihaza nasıl uygulayacağını gösteren resimler olmalıdır.
4. Batarya üstünde özelliklerinin yazılı olması, meşeyi vb. bilgisi yazılı olacaktır.
5. CE standardı olmalıdır.
6. Teklif edilen ürün istenilen özellikte ve orijinal olup olmadığı denenecek ve uygunluğu sonra verilecektir.

Mersin Üniversitesi Mersin
Nurettin DİNCER
Biyomedikal Sanayisi

Selman ÖCAL
Mersin Üniversitesi Mersin
Biyomedikal Tekniker