

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-121
İstem No : 78597
Alım No :
Talep Eden Birim : Göz Hastalıkları / Göz Hast. Pol. 2
Konu : SARF MALZEME ALIMI

G.T

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 15/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	LAZER PROBE, ENDOLAZER, FLEXIBLE TİP, 23G	6	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Bünyamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

LAZER PROBE, ENDOLAZER, FLEXIBLE TİP, 23G TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Prob, kurumumuzda mevcut bulunan ALCON CONSTELLATION cihazı lazerinde kullanılabilir olmalıdır. Frekans katlama sistemi sayesinde 532 nm saf argon yeşili dalga boyu ışın üreten cihazda kullanılabilirdir.
2. Prob, retina ve maküler bozuklukların lazer işini ile tedavisinde kullanılmak üzere geliştirilmiş, sürekli (continous) dalga üreten, cihaz ile kullanılabilirdir.
3. Prob, spot büyüklüğü 50 - 1000 mikron arasında ayarlanabilen cihaz ile kullanılabilirdir. Esnek nitinol tip kanül içinden kolay giriş çıkış sağlayan 40 derece açılı retina periferine 6 mm lik giriş sağlamalıdır.
4. Laser uygulama süresi 0,01 - 0,02 - 0,05 - 0,1 - 0,2 - 0,25 - 0,3 - 0,4 - 0,5 - 0,7 - 1,0 - 1,5 - 2,0 Saniye veya sürekli atış şeklinde olan cihaz ile kullanılabilirdir.
5. Prob, paketi üzerinde son kullanma tarihi ve lot numarasını içermelidir. Pak nereden güvenle açılacağını gösterecek şekilde yapılandırılmış olmalıdır.
6. Prob paketi cihazın üretici firması tarafından üretilmiş olmalıdır.
7. Prob cihaza yanlış bağlantıya imkan tanınamalıdır.
8. 23 ga lik olmalı ve ucu esnek ve eğik olmalıdır.
10. Yukarıda adı geçen malzeme, özel olarak imal edilmiş, plastik bir ambalajı içerisinde, steril olarak bulunmalıdır. Orijinal olmalıdır.
11. Fiber optik ilüminatör constellation cihazına rfid radyo frekans teknolojisi teknolojisi ile bağlanabilirdir.

Prof. Dr. Ayşe YILMAZ
MEU Sağlık Araştırma
ve Uygulama Merkezi
Göz Hastalıkları
Dış Tıp Uzmanı 73848

Prof. Dr. Erdem DİNÇ
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Göz Hastalıkları
Dip. Tel. No.: 97346