

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-107  
İstem No : 78618  
Alım No :  
Talep Eden Birim : Çocuk Cerrahi / Çocuk Cerrahi Servisi  
Konu : SARF MALZEME ALIMIMI

EB

Talep Edilen Hasta :

**Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00**

| S.No | Malzeme Açıklaması  | Miktar | Birim | Birim Fiyat | Toplam Tutar | Marka | UBB kodu | Tesl. Süresi (Gün) |
|------|---|--------|-------|-------------|--------------|-------|----------|--------------------|
| 1    | KENDİNDEN TESPİTLİ EKARTÖR SİSTEMİ, ÇOCUK CERRAHİ                       | 2      | Set   |             |              |       |          |                    |
| 2    | GERME KANCASI, KENDİNDEN TESPİTLİ EKARTÖR SİSTEMİ UYUMLU, ÇOCUK CERRAHİ | 16     | Set   |             |              |       |          |                    |

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
  - 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
  - 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
  - 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
  - 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
  - 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
  - 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
  - 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
  - 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- Önemli 10-**Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibarıyla geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Önemli 11-**Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibarıyla teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.
- Önemli 12-** Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

**TESLİMAT SÜRESİ, UBB KODU, MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR, TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat Fax: 0324 241 00 90 TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Büyüamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

## KENDİNDEN TESPİTLİ EKARTÖR SİSTEMİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Ekartör sistemi tek kullanımlık özellikte olmalıdır.
- Ekartör sistemi, ekartasyon çemberi ve elastik kancalardan meydana gelmiş olmalıdır.
- Ekartör sistemi minimal insizyonlarda ekartasyon sağlamak amacıyla kullanılabilir olmalıdır.
- Ekartör sistemi, ekartasyon çemberi üzerinde kancaların tutunabileceği çentikler bulunmalıdır.
- Ekartör sistemi Kare şeklinde birbirine bağlantılı 4 adet parçadan oluşmalıdır.
- 14 cm ( $\pm 1$ ) x 14 cm ( $\pm 1$ ) ebatlarında olmalıdır.
- Ekartasyon çemberi, birbiriyle oynar bir eklem vasıtasıyla birleştirilmiş yapıda ve açılabilir olmalıdır.
- Ekartasyon çemberlerinin açısı kenarlarında bulunan vidalar yardımıyla sabitlenebilmelidir.
- Germe kancaları her set içerisinde 8 adet olmalıdır ve ekartasyon çemberine kolayca sabitlenebilmeli, gergin şekilde ekartasyon yapılabilmesini sağlamalıdır.
- Germe kancaları AISI 304 paslanmaz çelikten ve esnek hortumları poliüretandan mamul olmalıdır. Germe kancaları sivri veya küt yapıda olabilmeli ve kurum istediği model germe kancalarını belirleyebilmelidir.
- Ekartasyon çemberi steril tekli pakette, kancalar 1 pakette 4 adet olacak şekilde steril pakette olmalıdır.
- Deneme ve uygunluk için numune görülecektir.
- Teklif edilen ürünlerin ÜTS kaydı olmalıdır.

**Doç. Dr. Caner İSBİR**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. B.  
Dip. Tes. No.: 134209 Özml. Tes. No.: 10010

Dr. Öğr. Üyesi Caner İsbir  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. B.  
Dip. Tes. No.: 134209 Özml. Tes. No.: 10010

## KENDİNDEN TESPİTLİ EKARTÖR İÇİN GERME KANCASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- Germe kancaları, kendinden tespitli ekartörler ile kullanıma uygun olmalıdır.
- Germe kancaları tek kullanımlık olmalıdır.
- Germe kancaları AISI 304 paslanmaz çelikten ve esnek hortumları poliüretandan mamul olmalıdır.
- Germe kancaları, 15mm ( $\pm$  1mm) uzunluğunda, 5mm ( $\pm$  1mm) genişliğinde yassı kesit, köşeli formda ve uçları künt yapıda olmalıdır.
- Germe kancaları, ekartasyon çemberine kolayca sabitlenebilmeli ve gergin şekilde ekartasyon yapabilmelidir.
- Germe kancası ve esnek hortumu birbirine iyi kenetlenmiş olmalı, kolayca ayrılmamalıdır.
- Germe kancaları, Etilen Oksit ile steril edilmiş ve 1 pakette 4 adet olacak şekilde paketlenmiş olmalıdır.
- Germe kancaları paketinin üzerindeki etikette, ürün bilgisi, Lot numarası, Üretim Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Barkod Numarası, Sterilizasyon Yöntemi, Saklama Koşulları v.b. bilgiler yer almalıdır.
- Deneme ve uygunluk için numune görülecektir.
- Teklif edilen ürünlerin ÜTS kaydı olmalıdır.

**Doç. Dr. Caner İSBE**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. B.  
Dip. Tes. No. :134290 Uzm. Tes. No. : 10011

**Dr. Özgür Ünyesi**  
MEÜ Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezi  
Çocuk Cerrahisi A. B.  
Dip. Tes. No. :1134290