

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

17/01/2025

İlan No : 2025-01-211
İstem No : 78633
Alım No :
Talep Eden Birim : Çocuk Alerji / Çocuk Alerji Polikliniği 2
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIM

B-A

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 24/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	DUYARLILIK TEST KİTİ, AMOKSİSİLİN	1	Adet					
2	DUYARLILIK TEST KİTİ, KLAVULANİK	3	Adet					
3	DUYARLILIK TEST KİTİ, PENİSİLİN	3	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur,Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

Önemli 10-Teklif edilen kalem T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasına (TİTUBB) kayıtlı ve bu kayıt teklif tarihi itibariyle geçerli olmalıdır. Alıma çıkılan her kalem/kalemler için ayrı ayrı TİTUBB da Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, İlaç ve Tıbbi Cihaz Tanımlama Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.TİTUBB na kayıtlı ve Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Önemli 11-Teklif edilen her kalem için, ayrı ayrı teklif tarihi itibariyle teklif vermeye yetkili ithalatçı, tedarikçi veya bayi olduklarını gösterir, Ulusal Bilgi Bankası internet sitesinden alınmış, Ana Bayii Bilgi Formunu teklif zarfı içinde sunacaklardır.

Önemli 12-Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır.

TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.


Bünyamin Gültekin

Hastane Müdür Yrd.

NOT : İlanlarımız www.mersin.edu.tr adresinde yayımlanmaktadır.

Amoxicillin Duyarlı Test Kiti Teknik Şartnamesi

- Her bir kit 3 şişe Sodium Amoxicillin 20mg +6 şişe Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan her bir Sodium Amoxicillin 20 mg şişeleri ,1 ml lik ambalajlarda ve liyofilize halde bulunmalıdır.
- Her bir kit adet Diluent içermelidir.
- Her bir kit Diluent şişesi 1,2 ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
- Kit <25 C de saklanmalıdır .
- En az 2 yıl miyatlı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.



Uzm. Dr. Melis AYDIN MUT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Alerji ve İmmunolojisi
Dip. Tes. No:143653

Clavulanic Duyarlı Test Kiti Teknik Şartnamesi


- Her bir 3 şişe CLV (Potassium Clavulanate)20 mg /ml +3 şişe CLV (Potassium Clavulanate) 5mg /ml+18 şişe Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan ,3 şişe CLV (Potassium Clavulanate) 20 mg /ml+3 şişe CLV (Potassium Clavulanate) 5mg /ml , 1 ml lik ambalajlarda ve liyofilize halde bulunmalıdır .
- Her bir kit 18 adet Diluent içermelidir.
- Her bir Diluent şişesi 1,2ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır.
- Kitle<25 C de saklanmalıdır.
- En az 2 yıl miyatlı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.



Uzm. Dr. Melis AYDIN MİT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Alerji ve İmmunolojisi
Dip. Tes. No:143653

Penisilin Duyarlı Test Kiti Teknik Şartnamesi

- Her bir kit 3 PPL(Major Determinant)+3 MD (Minör Determinat)+12Diluent içermelidir.
- Kit içerisinde yer alan her bir PPL ve MD şişeleri 1 ml lik ambalajlar halinde bulunmalıdır .
- Her PPL şişesinde 0,04 mg Benzylpenicilloy octa-L-lysine liyofilize halde bulunmalıdır.
- Her MD şişesinde 0,5mg sodium benzylpenilloate liyofilize halde bulunmalıdır.
- PPL ve MD şişeleri birleştirici olarak 20mg Mannitol bulunmalıdır .
- Liyofilize PPL ve MD birleştirenleri korumalı koyu renk şişelerde bulunmalıdır .
- Her bir kit 12 adet Diluent içermelidir.
- Kitler <25 C de saklanmalıdır.
- En az 2 yıl miyatlı ve son kullanım tarihi ambalajın üzerinde olmalıdır.
- Diluentleri bir flakon için en az 3 olmalı ve bir kutun içinde 18 tane diluent bulunmalıdır.



Uzm. Dr. Melis AYDIN MUT
Mersin Üniversitesi Hastanesi
Çocuk Allerji ve İmmunoloji
Dip. Tes. No:143653