

T.C.
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

16/01/2025

İlan No : 2025-01-193
İstem No : 78643
Alım No :
Talep Eden Birim : Laboratuvar / Seroloji
Konu : LABORATUVAR MALZEMESİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 23/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	ANCA	600	Test					
2	AMA ANALİZ KİTİ	600	Test					
3	ASMA ANALİZ KİTİ	600	Test					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Birimine gönderilmesini rica ederim.

- 1-Tekliflerin yazılı olması,
- 2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,
- 3-Teklif verilen malzemelerin kdv hariç birim fiyatları, kdv hariç toplam tutarları, marka ve teslim süreleri, T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı ürünler için barkod numarası, kapsam dışı ürünler için kapsam dışı olduğunun belirtilmesi/ yazılması,
- 4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilir,birim fiyatlarının rakamla ve/veya yazıyla yazılması,
- 5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzeltilme bulunmaması,
- 6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,
- 7-Teklif verilmeyecekse faks veya mail yoluyla cevap verilmesi,
- 8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir. **Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**
- 9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.
- 10-Teklif edilen kalemlerden tıbbi cihaz kapsamında olan ürünler için T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtlı olmalı ve bu kayıt bildirim işlemlerini eksiksiz olarak tamamlamış olmalıdır.
- 11-Geri ödeme kapsamında olan ürünlerin T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne ve T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını yapmış ve tamamlamış olmalıdırlar
- 12-T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu Ürün Takip Sistemi 'ne (ÜTS) kayıtsız , Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olmayan, T.C Sosyal Güvenlik Kurumu medula sistemine kayıtlarını tam olarak yapmamış olan kalem/kalemlere ait teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır

Önemli : Yukarıda sayılan maddelerde belirtilen şartlara uygun olarak verilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

İrtibat TLF: 0324 241 00 00 - 22570-22593-22598

Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

NOT : İlanlarımızı” <https://hastane.mersin.edu.tr/tr/kurumsal-satin-alma-ilanlari/>” adresinde yayımlanmaktadır.

Büyüamin GÜLTEKİN
HASTANE MÜDÜR YRD.

TEKNİK ŞARTNAME

1. ANCA;
 1. Kit c ANCA ve p ANCA içerecektir.
 2. Kit, immunofloresan tekniğiyle çalışmalı ve insan serumunda nötrofil antijenlerine karşı oluşan antikorları saptamaya uygun olmalıdır.
 3. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
 4. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
 5. Kit içerisindeki her bir alan, etanol ve formalin ile fikse edilmiş granulositler ile kaplı 2 BIOCHIP'ten oluşmalıdır.
 6. FITC konjugatı, florescein işaretli anti-human IgG (keçi)'den oluşmalı ve PBS ile 1:5 dilüe edilerek kullanılmalıdır. Testi çalışırken kullanılan reagents' tray, slaytların her bir alanındaki reaksiyonun aynı anda başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır. Ayrıca reagents' tray ücretsiz olarak verilmelidir. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskopunda görünür hale geçmelidir.
 7. Çalışılan lamların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
 8. Lamlar 5'li hasta grupları şeklinde olmalıdır.
 9. Testin çalışılması için gerekli dilüsyon kapları, pipet uçları vb. sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir.
 10. Kitler laboratuvarımızda bulunan floresan ışık mikroskopunda değerlendirmeye uyumlu olmalıdır.
2. AMA ANALİZ KİTİ;
 1. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
 2. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
 3. Çalışılan lamların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
 4. Lamlar 5'li hasta grupları şeklinde olmalıdır.
 5. Testin çalışılması için gerekli dilüsyon kapları, pipet uçları vb. sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir.
 6. Kitler laboratuvarımızda bulunan floresan ışık mikroskopunda değerlendirmeye uyumlu olmalıdır.
3. ASMA ANALİZ KİTİ;
 1. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir.
 2. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller vs.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.
 3. Çalışılan lamların sonuçlarını birkaç gün sonra değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.
 4. Lamlar 5'li hasta grupları şeklinde olmalıdır.
 5. Testin çalışılması için gerekli dilüsyon kapları, pipet uçları vb. sarf malzemeler ücretsiz olarak temin edilmelidir.
 6. Kitler laboratuvarımızda bulunan floresan ışık mikroskopunda değerlendirmeye uyumlu olmalıdır.

Prof. Dr. Candan ÖZTÜRK
Mersin Üniversitesi Hastane
Tıbbi Mikrobiyoloji
Dip. Tes. No 8831

Prof. Dr. Nuran DELIALIOĞLU
MERSİN SAĞLIK BAKANLIĞI
ve ÖZEL HASTANE MİKROBİYOLOJİ
Tıbbi Mikrobiyoloji A.D.
Dip. Tes. No 8831