

T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ

TEKLİF İSTEME FORMU

13/01/2025

İlan No : 2025-01-148  
İstem No : 78655  
Alım No :  
Talep Eden Birim : İdari Bölümler / Teknik Servis  
Konu : HASTANE AMBULANSININ DEFİBİLATOR CİHAZI İÇİN 1 ADET BATARYA , 1 ADET 2LAD'LI KABLO  
VE 1 ADET ŞOK PEDİ ALIMI

Talep Edilen Hasta :

Son Teslim Tarihi & Saat : 17/01/2025 17:00:00

S.No	Malzeme Açıklaması	Miktar	Birim	Birim Fiyat	Toplam Tutar	Marka	UBB kodu	Tesl. Süresi (Gün)
1	AED DEFİBİLATOR BATARYA	1	Adet					
2	AED DEFİBİLATOR 2LAD LI KABLO	1	Adet					
3	AED DEFİBİLATOR ŞOK PEDİ	1	Adet					

Mersin Üniversitesi Hastanesince aşağıda cins,miktar ve özellikleri belirtilen malzemelerin satın alınmasına ihtiyaç duyulmuştur. Proforma faturanın aşağıdaki şartlara göre düzenlenerek Satınalma Bürosuna gönderilmesini rica ederim.

1-Tekliflerin yazılı olması,

2-İhale dökümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi,

3-Teklif verilen malzemelerin teslim süreleri, barkod numarası, markaları ve ambalaj şekillerinin yazılması,

4-TL (Türk Lirası) olarak fiyat verilip,birim fiyatlarının rakamla ve yazıyla yazılması,

5-Üzerinde kazıntı,silinti,düzelme bulunmaması,

6-Ad,Soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması,

7-Teklif verilmeyecekse FAKS mesajının bir açıklama ile gönderilmesi,

8- Malzemeler ilgili firma yetkilisince depoya teslim edilecektir.**Kurum bilgisi ve izni dışında kargo ile yapılan malzeme,fatura,irsaliye teslimatları kesinlikle kabul edilmeyecektir.**

9- Teklif verilen malzemelerin, idarenin kesin siparişine müteakip teslim sürelerinin teklif mektubunda bildirilmesi zorunludur.Teslim süresi ve opsiyon süresi bildirilmeyen teklifler kesinlikle kabul edilmeyecektir.

**Önemli 10- Fiyat teklif cetveline teslimat süreleri mutlaka yazılmalıdır**

**TESLİMAT SÜRESİ,UBB KODU,MARKA BELİRTİLMİYEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRME DIŞI OLACAKTIR,TEKLİFLER SIRA NUMARASINA GÖRE VERİLMELİDİR.**

**İrtibat TLF: 0324 241 00 00 -22595**

**Mail adresi: hastanesatinalma@mersin.edu.tr**

Fiyat opsiyonu en az 45 gün olacaktır.

Bünyamin GÜLTEKİN  
Hastane Müdür Yrd.

**NOT : İlanlarımız [www.mersin.edu.tr](http://www.mersin.edu.tr) adresinde yayımlanmaktadır.**

### AED DEFİBRİLATÖR BATARYASI TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Batarya METRAX marka PRIMEDİC HEART SAVE AED model AED defibrilatör cihazının orijinal bataryası olmalıdır.
- 2-Batarya 15 VDC 7,2Ah voltaj değerine sahip olmalıdır.
- 3-Batarya üzerinde şarj seviyesini gösteren buton ve led göstergeler olmalıdır.
- 4-Batarya CE(güvenlik) esaslarına uygun olmalıdır.
- 5-Batarya cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

### AED DEFİBRİLATÖR KABLO TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Kablo METRAX marka PRIMEDİC HEART SAVE AED model AED defibrilatör cihazının orijinal kablosu olmalıdır.
- 2-Kablo 2 leadli olmalıdır.
- 3-Kablo yapısı kırılma ve kopmaya karşın esnek yapıya sahip olmalıdır.
- 4- Kablo cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

### AED DEFİBRİLATÖR ŞOK PEDİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

- 1-Ped METRAX marka PRIMEDİC HEART SAVE AED model AED defibrilatör cihazının orijinal ürünü olmalıdır.
- 2-Ped steril ambalaj paketinde olmalıdır.
- 3-Ped yapışkanlı otomatik şoklama özelliğine sahip olmalıdır.
- 4-Ped cihazda denendikten sonra uygunluğu verilecektir.

**Selma ÖCAL**  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Biyomedikal Tekniker

Mersin Üniversitesi Hastanesi  
**Nurettin DİNCER**  
Biyomedikal Sorumlusu



T.C.  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ  
Mersin Üniversitesi Hastanesi  
Başmüdürlüğü  
CİHAZ ARIZA TESPİT FORMU



Arızayı Bildiren Bölüm	Cihaz :AED Defibrilatör			
Hasta Nakil Ambulansı	Marka :METRAX			
	Model :Primedic HeartSave AED			
	Seri No:73154009637			
	Garantili	Bakım Sözleşmeli		
Tarih:08/01/2025	Var [ ]	Yok [ X ]	Var [ ]	Yok [ X ]

Arıza Özeti : Cihaz çalışmamaktadır. Yapılan kontrolünde bataryasının ve kablosunun arızalı olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca hasta müdahale ped lead i de özelliğini kaybetmiştir. Cihazın aktif olarak çalışabilmesi için aşağıda belirtilen malzemelerin yenileri ile değiştirilmesi gerekmektedir.

Gerekli Yedek Parçalar:  
1 Adet 15 VDC 7,2 Ah Batarya  
1 Adet 2 Leadli AED kablo  
1 Adet HeartSave AED Şok Pedi

Teknik Servis Personeli	Birim Sorumlusu	Onay
 Selman ÖCAL Mersin Üniversitesi Hastanesi Biyomedikal Tekniker	 Mehmet DINCER Mersin Üniversitesi Hastanesi Birim Sorumlusu	 Doç. Dr. Evren DEĞİRMENCI Mersin Üniversitesi Hastanesi Koordinatör

Açıklama :